

Znak sprawy: 04-2011

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup endoprotez stawu biodrowego oraz stabilizację dynamiczną międzykolecową kręgosłupa lędźwiowego

Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian w zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do s.i.w.z., poprzez dodanie zapisów o treści:

Szkolenia:

1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.

Odp. Tak

2. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

Odp. Tak

3. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

Odp. Tak

4. Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

Odp. Tak

5. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

Odp. Tak

6. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę

Odp. Tak

7. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę.

Odp. Tak

8. Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:

- a) nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,
- b) datę i miejsce ich przeprowadzenia,
- c) imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,
- d) Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,
- e) czas trwania poszczególnych szkoleń.

Odp. Tak

9. Czy Zamawiający, w związku ze specyfiką programu magazynowo-księgowego obsługującego moduł sprzedaży, który drukuje faktury w nocy, po wysyłce produktu, wyrazi zgodę na wysłanie faktury, w formie papierowej, dzień po wysyłce, a w dzień otrzymania asortymentu przez Zamawiającego wysłania kopii faktury drogą elektroniczną?
W przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi proszę o podanie adresu elektronicznego, na który będzie można przysyłać faktury.

Odp. Tak

Pytania do pakietu nr 2.

1. Czy Zamawiający dopuści ofertę dla trzpienia cementowanego w 9 rozmiarach oddzielnie dla kończyny prawej i lewej?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający dopuści ofertę dla trzpienia bezcementowego w 9 rozmiarach oddzielnie dla kończyny prawej i lewej, pokrytego hydroksyapatytem ze zmiennym kątem szyjkowo trzonowym, stożek 12/14?

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający dopuści głowę Bi-polarną w rozmiarach 41 – 61mm, zaopatrzoną w krążek antyluksacyjny?

Odp. Nie

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli cenowej o elementy występujące w opisie tak aby można było je wycenić w oddzielnych pozycjach wraz z ilościami : cement kostny, strzykawka, system po płukania pulsacyjnego.

Odp. Nie, ponieważ wymieniony asortyment znajduje się w innej umowie przetargowej.

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 01.02.2011r godziny otwarcia i składania nie ulegają zmianie.