

Dotyczy: **Dostawa zestawu: videogastroskop, videokolonoskop z procesorem obrazu HD.**
Nr sprawy: **13/2013**

Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy § 2 oraz § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji z 36 miesięcy do 24 miesięcy z opcją dodatkowego ubezpieczenia sprzętu na pozostałe 12 miesięcy?

Odp. Nie

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:
„(...) o ile przestój trwał powyżej 5 dni roboczych.” ?

Odp. Nie

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W razie wystąpienia awarii w okresie gwarancji, Wykonawca usunie usterkę w ciągu max 5 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawcy (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy), a w przypadku przedłużającej się naprawy wstawi nieodpłatnie sprawne urządzenie zastępcze, o parametrach nie gorszych niż naprawiane urządzenie.” ?

Odp. Nie

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego istotnego podzespołu (...)” ?

Odp. Nie

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,1% ?

Odp. Nie

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Odp. Nie

Dotyczy:

Pak Nr 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zestaw Videogastroskop, videokolonoskop z procesorem obrazu HD
WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

Wideogastroskop HD pkt.10

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o kącie zagięcia końcówki endoskopu:

-w górę. 210 stopni

-w dół. min. 90 stopni

-w lewo .min 100 stopni

-w prawo min 100 stopni

Odp. Dopuszcza

Procesor HD pkt.28

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści procesor HD współpracujący z zestawem bez spełnienia wymagań dotyczących kompatybilności z endoskopami Fujinon?

Odp. Nie

Źródło światła pkt 31

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści źródło światła z zapasową lampą LED włączaną automatycznie w momencie awarii lampy głównej?

Odp. Tak