

Pakiet nr 1 strzykawki.

<i>l.p.</i>	<i>Artykuł</i>	<i>Pojemność w ml</i>	<i>J/M</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Cena 100 szt netto</i>	<i>Cena 100 szt brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	strzykawka	2ml	szt	178.000						
2	strzykawka	5 ml	szt	82.000						
3	strzykawka	10 ml	szt	131.000						
4	strzykawka	20 ml	szt	135.000						
5	strzykawka	do insuliny z wtopioną igłą	szt	600						
6	strzykawka	do tuberkuliny	szt	2.000						
7	strzykawka	50 - 60 ml do pomp infuzyjnych	szt	16.000						
8	strzykawka	50 -ml (Janetta) do cewników, zglębników	szt	200						
9	strzykawka	100 ml (Janetta) do cewników zglębników	szt	4.200						

Ogółem wartość pakietu:

netto.....

brutto.....

Wymagania dla pakietu nr 1 pozycje 1 - 9:

- powinny być przezroczyste,
- muszą posiadać certyfikat CE
- materiał, z którego są wykonane powinien być apirogenny, i hypoalergiczny,
- muszą posiadać szczelny tłok,
- być sterylne, termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od daty dostawy do Zamawiającego ,
- opakowania szczelne, gwarantujące jałowość dostarczanego produktu,
- opakowanie łatwe do otwarcia
- końcówki podłączane do drenów i igieł typu luer
- podziałka mililitrowa dobrze widoczna,
- podziałka strzykawek 50 - 60 ml mililitrowa kalibracja przynajmniej do 50 ml
- strzykawki do pomp infuzyjnych (pozycja nr 7) końcówka typu luer –lock

- tłok powinien poruszać się gładko , bez skoków
- wskazany tłok niskooporowy
- **pozycje 8 i 9** powinny mieć nasadki typu luer szczelnie pasujące do końcówek cewników i sond.

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 10 sztuk strzykawek do każdej pozycji.

Pakiet nr 1 B - strzykawki.

<i>l.p.</i>	<i>Artykuł</i>	<i>W skład zestawu wchodzi</i>	<i>J/M</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Cena 100 szt netto</i>	<i>Cena 100 szt brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	Zestaw do aparatu Medrad Vistron CT	wkład jednorazowy o pojemności 200 ml, złącze szybkiego napełniania oraz złącze szybkiego ciśnienia	zestawy	1.000						
2	Złącze niskiego ciśnienia kompatybilne z proponowanym zestawem	długość $\geq$ 150cm	szt.	2.600						

Ogółem wartość pakietu:

netto.....

brutto.....

Medrad Vistron Wymagania dla pakietu nr 1B:

- powinny być przezroczyste,
- muszą posiadać certyfikat CE
- materiał, z którego są wykonane powinien być apirogenny, i hypoalergiczny,
- muszą posiadać szczelny tłok,
- być sterylne, termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od daty dostawy do zamawiającego
- opakowania szczelne, gwarantujące jałowość dostarczanego produktu,
- opakowanie łatwe do otwarcia
- tłok powinien poruszać się gładko , bez skoków
- wskazany tłok niskooporowy,
- zestaw kompatybilny z aparatem CT.

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 2 zestawy wkładów .

Dotyczy poz. nr 1 – Zamawiający dopuszcza również inne zestawy pod warunkiem że Wykonawca dostarczy aparat oraz uruchomi i będzie go serwisował nie odpłatnie przez okres obowiązywania umowy , aparat kompatybilny z **TOMOGRAFEM KOMPUTEROWYM BRIGHTSPEED 16 SERIA SELECT**

Uruchomienie aparatu przez Wykonawcę w trakcie badania ofert

Wykonawca musi przysłać pisemną propozycję faxem 029 – 71-42- 299 wymagana akceptacja Zamawiającego).

Pakiet nr2 igły do iniekcji

<i>L p</i>	<i>Artykuł</i>	<i>Grubość/długość igły mm</i>	<i>J/M</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Cena netto Poz. od 1do 7 1 op a 100 szt.</i>	<i>Cena brutto Poz. od 1do 7 1 op a 100 szt.</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyf + nr s ofer</i>
1	igła do iniekcji	0,5/25 mm 25Gx1	szt	40.00 0						
2	igła do iniekcji	0,6x25 mm 23Gx1"	szt	2.000						
3	igła do iniekcji	0,7x40mm 22Gx1"	szt	26.00 0						
4	igła do iniekcji	0,8x40mm 21Gx1"	szt	40.00 0						
5	igła do iniekcji	0,9/40 mm 20Gx1"	szt	38.00 0						
6	igła do iniekcji	1,1/40 mm 19Gx1"	szt	40.00 0						
7	igła do iniekcji	1,2/40 mm 20Gx1"	szt	241.0 00						

Ogółem wartość pakietu:

netto.....

brutto.....

Wymagania dla pakietu nr 2 pozycje 1 - 7.

- wszystkie produkty muszą posiadać certyfikat CE
- muszą być ostre, ostrze gładkie bez zadziorów
- nasadka typu luer
- nasadka igły szczelnie przylega do nasadek strzykawek, przy podawaniu leku nie ma wycieku
- nasadki kolorowe zgodnie z kodem międzynarodowym
- metal, z którego wykonane są igły jest niełamliwy
- igła zabezpieczona nasadką
- opakowanie szczelne, łatwe do otwarcia
- sterylne, data ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od dostawy do Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny spełnienia wymagań w tym pakiecie nie mniej niż po 20 sztuk do każdej pozycji igieł.

Pakiet nr 2 B – pojemniki na odpady medyczne

<i>L p</i>	<i>Pojemność (dm³)</i>	<i>Wysokość (mm)</i>	<i>J/M</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Cena jed. netto</i>	<i>Cena jed. brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Wartość Brutto</i>	<i>Producent nr katalogow y</i>	<i>Nr certyf + nr s ofer</i>
1	1 pojemnik na zużyte igły	1litrów	szt.	2.250						
2	pojemniki do gromadzenia stałych nie ostrych odpadów medycznych wykonanych z polipropylenu komorowego, rozkładane i wyposażone w worek foliowy	60 litrów	szt.	210						

Poz. nr 1 -pojemnik z możliwością zamocowania do tacy medycznej, posiadający zamknięcie zaciskowe, chwilowe i na stałe. Pojemniki twardościennie spełniające normę ADR. W komplecie tace w ilości 15 szt. dostosowane do pojemników.

Pojemniki zgodne z aktualną ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych oraz z aktami powiązanymi.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie do oceny spełnienia wymagań w tym pakiecie nie mniej niż po 1 sztuce pojemnika do każdej pozycji .

Ogółem wartość pakietu:

netto.....

brutto.....

Pakiet nr 3A- rękawice diagnostyczne

<i>l.p.</i>	<i>Artykuł</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>J/M</i>	Ilość par	<i>Cena 100 sztuk netto</i>	<i>Cena 100 sztuk brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1.	Rękawice diagnostyczne	S	szt.	10.000						
2.	Rękawice diagnostyczne	M	szt.	6.000						
3.	Rękawice diagnostyczne	L	szt.	1.200						
4.	Rękawice bezpudrowe	S/M/L	szt.	200						

Ogółem wartość pakietu:

netto.....

brutto.....

Wymagania dla pakietu nr 3A :

- muszą posiadać deklarację CE,
- Wykonawca przedstawi badanie do serii na zgodność z normą EN 455-1,2,3, numer serii badanej zgodny z normami serii nadesłanych próbek,
 - długie, sięgające ponad nadgarstek,
 - pasować na obie dłonie,
 - dobrze przylegać do rąk, nie zaburzać czucia dotyku,
 - trwałe, odporne na rozciąganie i przekłucie i nacięcie,
 - łatwe do założenia na rękę i zdjęcia z niej.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż po 20 par rękawic do każdej pozycji w pakiecie.

Pakiet Nr 4 A. – Aparaty do szybkiego toczenia krwi.

<i>L/ p</i>	<i>Nazwa sprzętu</i>	<i>Ilość</i>	<i>J/m</i>	<i>Cena jed netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka podatku VAT</i>	<i>Cena jedn. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent +nr kat.</i>	<i>Nr certyfikatu + numer str. w ofercie</i>
1.	Aparaty do szybkiego toczenia krwi	600	Szt							

Wymagania dla pakietu Nr 4 A.

1. ostry , łatwy do wprowadzenia do flakoonu z krwią kolec,
2. odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny zamykany klapką,
3. komora kroplowa wykonana z materiału przezroczystego,
4. filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami,
5. elastyczna dolna część komory kroplowej,
6. kroplomierz wydłużony, dający po spłynięciu 20 kropli ok 1ml .
7. wykonanie z materiału apirogenne i hipoalergicznego,
8. końcówka przyłączeniowa typu luer-lock ,
9. termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do zamawiającego,
10. powinien posiadać certyfikat CE,
11. szczelny zacisk rolkowy umożliwiający dokładną regulację prędkości przepływu i całkowite odcięcie dopływu krwi lub środków krwiopochodnych do komory kroplowej

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 5 sztuk aparatów.

Pakiet Nr 4 B. – Aparaty do przetoczeń płynów z możliwością pomiarów OCŻ.

<i>L/ p</i>	<i>Nazwa sprzętu</i>	<i>Ilość</i>	<i>J/m</i>	<i>Cena jed netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka podatku VAT</i>	<i>Cena jedn. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent +nr kat.</i>	<i>Nr certyfikatu + numer str. w ofercie</i>
<i>I.</i>	Aparaty do OCŻ	600	Szt							

Wymagania dla pakietu Nr 4 B.

1. ostry , łatwy do wprowadzenia do flakoonu z płynem infuzyjnym lub krwią kolec,
2. odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny zamykany klapką,
3. komora kroplowa wykonana z materiału przezroczystego,
4. filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami,
5. wykonanie z materiału apirogennego i hipoalergicznego,
6. końcówka przyłączeniowa typu luer-lock ,
7. termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego ,
8. powinien posiadać certyfikat CE.
9. szczelny zacisk rolkowy umożliwiający dokładną regulację prędkości przepływu i całkowite odcięcie dopływu płynu do komory kroplowej.

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 5 sztuk aparatów.

Pakiet Nr 7- Cewniki Foley'a.

<i>L/ p</i>	<i>Rozmiar cewnika</i>	<i>Ilość</i>	<i>J/ m</i>	<i>Cena jed netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawk a podat ku VAT</i>	<i>Cena jedn. brutto</i>	<i>Wartoś ć brutto</i>	<i>Producent +nr kat.</i>	<i>Nr certyfikat u + numer str. w ofercie</i>
1.	6 F, 8F, 10F	100	Szt.							
2.	12F,14F, 16F,18F, 20F , 22F, 24F	4.000,00	Szt.							

Wartość ogółem netto

brutto

Wymogi dla pakietu Nr 7

1. cewniki dwudrożne,
2. cewniki pediatryczne z prowadnicą,
3. balon w cewniku pediatrycznym 1,5 do 3,0ml,
4. rozmiary cewników czytelnie oznakowane rozmiar i pojemność mankietu (balonu)
uszczelniającego minimalna i maksymalna od 3ml do 30ml,
5. mankiety uszczelniające z trwałego tworzywa,
6. balon w cewnikach dla pojemności od 3 - 30ml,
7. wypełnienie mankietu bezigłowe,
8. termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego,
9. materiał lateks obustronnie silikonowany (potwierdzenie obustronnego silikonowania na
pismie),
10. powierzchnia mankietu uszczelniającego gładka,
11. możliwość utrzymania cewnika w pęcherzu do 14 dni,
12. opakowanie powinno być podwójne, zewnętrzne, wewnętrzne z możliwością łatwego wyjęcia
cewnika,
13. powinny posiadać certyfikat CE.

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż po 2 sztuki z każdej pozycji cewnika.

Pakiet Nr 8 B - Kaniule dotętnnicze

<i>L/p</i>	<i>Średnica w mm</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jed netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka podatku VAT</i>	<i>Cena jedn. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent +nr kat.</i>	<i>Nr certyfikatu + numer str. w ofercie</i>
1.	Kaniul tętnicza z urządzeniem do zamykania światła cewnika 1,0 G długość 45 mm	szt.	700							

Wymagania dla pakietu Nr 8 B.

1. ostre zakończenie,
2. zastawka bezzwrotna,
3. stożkowate łagodnie rozszerzające się ścięcie rurki,
4. w czasie przechodzenia przez skórę, kaniula nie ulega łatwo uszkodzeniu,
5. hipoalergiczny i apirogenny materiał,
6. oznakowanie kolorem kod międzynarodowy,
7. termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego ,
8. muszą być opakowane w trwałe opakowanie, łatwo wyjmowane z opakowania,
9. muszą posiadać certyfikat CE.

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 2 sztuki kaniul.

Pakiet Nr 10 - Rurki intubacyjne dla dorosłych z mankietem uszczelniającym

<i>L/ p</i>	<i>Rozmiar asortymentu</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jed netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka podatku VAT</i>	<i>Cena jedn. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent +nr kat.</i>	<i>Nr certyfikatu + numer str. w ofercie</i>
1.	5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0	szt.	1.600							

Wartość ogółem brutto

netto

Wymagania dla pakietu Nr 10.

2. rurka powinna być ustno- nosowa,
3. koniec dystalny (wprowadzony do tchawicy) rurki o brzegach łagodnie zaokrąglonych,
4. posiadać otwór Murphy' ego z łagodnie zaokrąglonymi krawędziami,
5. posiadać łącznik do podłączenia układu oddechowego, który po osadzeniu w rurce łatwo się wyjmuje,
6. posiadać znacznik widoczny w RTG na całej długości rurki,
7. posiadać mankiet uszczelniający niskociśnieniowy z systemem ograniczającym wartość ciśnienia wewnątrz mankieta,
8. posiadać bardzo widoczne oznaczenie rozmiaru rurki,
9. elastyczne,
10. powinny być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogennego,
11. posiadającym system typu soft –seal, Lanza lub Fome Cuff,
12. termin ważności sterylizacji 2 lata od chwili dostawy do zamawiającego ,
13. muszą posiadać certyfikat CE,
14. łatwo wyjmowane z opakowania.

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż po 1 sztuce do każdej pozycji.

Pakiet nr 1 6 - Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych.

<i>Lp</i>	<i>Artykuł</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość szt.</i>	<i>Cena 1 szt netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Cena 1 szt. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych 18G	szt	20							
2	zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych 16G	szt	40							

Ogółem wartość pakietu:**netto.....****brutto.....****Opis wymagań dla zestawów:**

1. igłę Tuohy " 18G/80 -90mm lub 16G/80 -90
2. igła powinna mieć oznaczenia długości
3. cewnik wykonany z poliamidu długości ≥ 80 cm ze znacznikami długości
4. cewnik musi być elastyczny,
5. koniec cewnika zaokrąglony, zamknięty, otwory boczne
6. łącznik do cewnika umożliwiający łatwe i trwałe połączenie z cewnikiem
7. filtr płaski 0,2 μ m, łatwy do mocowania do skóry , z końcówkami luer - lock
8. mała objętość wypełnienia
9. duża wytrzymałość ciśnieniowa filtra
10. strzykawka do identyfikacji przestrzeni zewnątrzoponowej o niskim oporze
11. zestaw powinien być sterylny, termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od dnia dostawy do zamawiającego
12. opakowanie powinien łatwo się otwierać¹⁹. , zapewniając jednocześnie dobre zabezpieczenie przed uszkodzeniem
13. muszą posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 sztukę próbki każdego rozmiaru .

Pakiet nr 17 – Filtry do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych .

<i>Lp</i>	<i>Artykuł</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość szt.</i>	<i>Cena 1 szt netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Cena 1 szt. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	Filtry do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych	szt	50							

Ogółem wartość pakietu:**netto.....****brutto.....****Opis wymagań:**

1. filtry płaskie 0,2 µm, łatwy do mocowania do skóry , z końcówkami luer – lock
2. mała objętość wypełnienia filtra
3. powinny być sterylne, termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od dnia dostawy do Zamawiającego
4. opakowanie powinien łatwo się otwierać , zapewniając jednocześnie dobre zabezpieczenie przed uszkodzeniem
5. powinny zapewniać skuteczność ochrony przez co najmniej 72 godziny
6. pakowane pojedynczo
7. muszą posiadać certyfika CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 sztukę próbki.

Pakiet nr – 19 igły do znieczuleń splotów nerwowych bez stymulatora nerwów.

<i>Lp</i>	<i>Artykuł</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość szt.</i>	<i>Cena 1 szt netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Cena 1 szt. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	igły do znieczuleń splotów nerwowych	Szt	60							

Ogółem wartość pakietu:

netto.....

brutto.....

Opis wymagań dla zestawu:

- igły do znieczuleń splotów z krótkim szlifem 45° zapobiegającym uszkodzeniu nerwów, z przezroczystą nasadką
- dren łączący długości 300 mm
- duża przezroczystość drenu
- końcówka luer - lock
- długość igły 50mm
- muszą być sterylne
- termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od dnia dostawy do Zamawiającego
- muszą posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę .

Pakiet nr 20 Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera.

Lp	Rodzaj i średnica cewnika/długość cewnika	J/m	Ilość szt.	Cena 1 szt netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena 1 szt. brutto	Wartość brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie
1	cewnik jednoświatłowy "16G/20 cm	szt	40							
2	cewnik dwuświatłowy "7FrG/20 cm	szt	100							
3	cewnik trzyświatłowy "7Fr/20 cm	szt	200							
4	cewnik czteroświatłowy "8,5Fr/20 cm	szt	100							

Ogółem wartość pakietu:

netto.....

brutto.....

W skład zestawu muszą wchodzić:

1. cewnik z poliuretanu
2. igła do identyfikacji naczynia
3. rozszerzadło
4. drut wprowadzający zakończony w kształcie litery J
5. aparat Vena Guide ułatwiający wprowadzenie prowadnicy do naczynia przez igłę
6. zatrzaski kulkowe po jednym do każdej końcówki typu FloSwitch luer-lock po przyłączeniu do cewnika zamykanie i otwieranie jedną ręką
7. dwa systemy mocowania cewnika do skóry
8. cewnik musi być widoczny w promieniach RTG
10. koreczki po jednym do każdej końcówki
11. nasadki końcówek typu luer, oznaczone kolorami,
12. oznaczenie długości na cewniku
13. powinien być sterylny, termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od dnia dostawy do zamawiającego
14. opakowanie gwarantujące zabezpieczenie przed uszkodzeniem
15. posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 sztukę próbki każdego rozmiaru .

Pakiet nr 21 zestawu do wprowadzenia cewnika Swan – Ganza lub elektrody endokawitarnej do żył centralnych metodą Seldingera.

<i>Lp</i>	<i>Artykuł</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość szt.</i>	<i>Cena 1 szt netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Cena 1 szt. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	zestaw do wprowadzenia cewnika Swan-Ganza dożył centralnych met Seldingera Ř7 Fr lub 8Fr	szt	20							

Ogółem wartość pakietu:

netto.....

brutto.....

Wymagania dla pakietu nr21

W skład zestawu muszą wchodzić:

1. igła do identyfikacji naczynia
2. rozszerzadło;
3. wykonany z poliuretanu
4. adapter z zaworem hemostatycznym np. Touhy – Borst z integralnym portem bocznym
5. osłona zabezpieczająca cewnik długości około 80 cm
6. drut zakończony w kształcie J do wprowadzenia metodą Seldingera
7. musi być widoczny w promieniach rtg
9. jałowy, apirogenny, termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od dnia dostawy do zamawiającego
10. kranik trójdrożny z koreczkami do każdej końcówki kranika
11. system mocowania do skóry
12. średnica 7Fr lub 8 Fr
13. nasadka adaptera elastyczna, minimalizująca możliwość zagięcia cewnika
14. posiadać certyfikat CE
15. zapakowane bezpiecznie

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1sztukę próbki.

Pakiet nr 25 - sondy żołądkowe.

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj i średnica sondy/długość sondy cm</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość szt.</i>	<i>Cena 1 szt netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Cena 1 szt. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	sonda żołądkowa R12F/75 cm	szt.	60							
2	sonda żołądkowa R16F/75 cm	Szt.	300							
3	sonda żołądkowa R16F/100 cm	szt	100							
4	sonda żołądkowa R18F/100 cm	szt	600							
5	sonda żołądkowa R20F/100 cm	szt	400							
6	sonda żołądkowa R22F/100 cm	szt	700							
7	sonda żołądkowa R24F/100 cm	szt	80							

Ogółem wartość pakietu:
netto.....

brutto.....:

Wymagania do pakietu 25:

1. Wszystkie zgłębniki powinny być miękkie w stopniu dostatecznym, odporne na zginanie.
2. powinny posiadać dwa duże otwory boczne, atraumatyczny, koniec,
3. Powinny posiadać otwory o dobrze zaokrąglonych brzegach.
4. Końcówka dalsza musi mieć możliwość podłączenia do różnego rodzaju łączników i drenów.
5. Końcówka w żołądku gładka zaokrąglona, może być z centralnym otworem.
6. Materiał apirogenny, hypoalergiczny.
7. Kod barwny, oznaczający rozmiar z zgłębnika na końcówkach dalszych i oznaczenie długości
8. Powierzchnia zgłębnika gładka.
9. Zgłębniki dla dorosłych zalecana długość od 80 cm
10. Zgłębnik powinien być przezroczysty.
11. Termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do zamawiającego
12. Posiadać **certyfikat CE**

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 2 sondy żołądkowe do każdej pozycji.

Pakiet nr 26 – zgłębniki do żywienia dojelitowego.

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj i średnica sondy/długość sondy cm</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość szt.</i>	<i>Cena 1 szt netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Cena 1 szt. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	Ch 8/130 cm	szt	20							
2	Ch 10/130 cm	szt	20							
3	Ch 10/110 cm	szt	20							
4	Ch 12/110 cm	szt	20							

Ogółem wartość pakietu:**netto.....****brutto.....****Wymagania dla pakietu nr 26:**

1. powinien być wykonany z poliuretanu
2. być przezroczysty i elastyczny
3. posiadać na całej swojej długości znacznik widoczny w promieniach rtg
4. łącznik umożliwiający podłączenie różnego rodzaju urządzeń do żywienia jelitowego z zatyczką
5. prowadnicę umożliwiającą wprowadzenie zgłębnika przewodu pokarmowego
6. powinien być zakończony otworem centralnym i posiadać dwa otwory boczne
7. powinien być przystosowany do przebywania w przewodzie pokarmowym chorego do 6 tygodni
8. być sterylny, termin ważności sterylizacji co najmniej dwa lata od chwili dostawy do zamawiającego
9. posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 zgłębnik żołądkowe do każdej pozycji.

Pakiet nr 29 – aparaty do przetoczeń do stosowania w pompach infuzyjnych przepływowych.

<i>Lp</i>	<i>Artykuł</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość szt.</i>	<i>Cena 1 szt netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Cena 1 szt. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	aparaty do użycia w pompach przepływowych Terumo	szt	1.000							

Ogółem wartość pakietu :

netto.....

brutto.....

Wymagania dla pakietu nr 29:

1. aparaty muszą być przydatne do użycia w pompach infuzyjnych przepływowych firmy Terumo firmy Efmed,
2. muszą służyć do przetaczania krystaloidów, koloidów i Koncentratu Krwinek Czerwonych (KKCz),
3. być jednorazowego użytku,
4. posiadać dodatkowy port do podawania leków,
5. być sterylne, termin przydatności do użycia co najmniej 2 lata od chwili zakupu,
6. przezroczyste i dren i komora kroplowa,
7. z zaciskiem rolkowym,
8. komora kroplowa filtrem i odpowietrznikiem,
9. ostry kolec do przekłucia flakonu z płynem infuzyjnym lub krwią,
10. materiał apirogenny i hypoalergiczny,
11. opakowanie szczelnie, nie ulegające łatwo rozerwaniu, łatwe do otwarcia,
12. posiadać certyfikat CE.

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę .

Pakiet nr 30 – przyrząd do żywienia dojelitowego wersja grawitacyjna.

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość szt.</i>	<i>Cena 1 szt netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Cena 1 szt. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	Przyrząd do żywienia dojelitowego wersja grawitacyjna	szt	50							
2	przyrząd do żywienia dojelitowego wersja grawitacyjna do opakowań miękkich	szt	50							

Ogółem wartość pakietu:

netto.....

brutto.....

Wymagania dla pakietu nr 30:

1. musi posiadać2. łącznik psujący do butelek zamkniętych kapslem
3. musi posiadać4. łącznik do opakowań typu Pack
5. filtr powietrza
6. komorę kroplową o dużej przezroczystości
7. zacisk rolkowy
8. port do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną
9. dwa rodzaje końcówek do połączenia ze zgłębnikiem
 - a) końcówka żeńska do połączenia ze zgłębnikiem
 - b) stożkowa 5 stopniowa końcówka męska do łączenia ze zgłębnikiem z nasadką zabezpieczającą
 - c)stożkowa 4 stopniowa końcówka męska do łączenia ze zgłębnikiem
- 8.koszyczek do zawieszenia butelki na stojaku
- 9.ważność sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego
- 10.posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę do każdej pozycji .

Pakiet nr 31 zgłębniki dwunastnicze

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj, średnica i długość zgłębnika w cm</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość szt.</i>	<i>Cena 1 szt netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Cena 1 szt. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	Bez oliwki	szt	60							
	Ch10/125cm									
	Ch12/125cm									
	Ch14/125cm									
	Ch16/125cm									
2	Z oliwką	szt	15							
	Ch10/125cm									
	Ch12/125cm									

Ogółem wartość pakietu:

netto.....

brutto.....

Wymagania od pakietu nr 31

1. Wszystkie zgłębniki powinny być miękkie w stopniu dostatecznym, odporne na zginanie
2. Powinny posiadać dwa duże otwory boczne, atraumatyczny, koniec,
3. Powinny posiadać otwory o dobrze zaokrąglonych brzegach.
4. Końcówka dalsza musi mieć możliwość podłączenia do różnego rodzaju łączników i drenów.
5. Końcówka w żołądku gładka zaokrąglona, może być z centralnym otworem.
6. Materiał apirogenny, hypoalergiczny.
7. Kod barwny, oznaczający rozmiar z zgłębnika na końcówkach dalszych i oznaczenie długości
8. Powierzchnia zgłębnika gładka.
9. Powinien być przezroczysty
10. Zgłębniki z pozycji 5 i 6 powinny mieć gładką oliwkę, nie uszkodzającą błony śluzowej przewodu pokarmowego
11. Termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego
12. Posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę do każdej pozycji .

Pakiet nr 32– kanki doodbytnicze

<i>Lp</i>	<i>Rozmiary kanek</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość szt.</i>	<i>Cena 1 szt netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Cena 1 szt. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	Nr 16 – 5,3/200 mm	szt.	400							
2	Nr 24- 8/250 mm	szt.	200							
3	Nr 30 - 10/400mm	szt.	80							

Ogółem wartość pakietu:**netto.....****brutto.....****Wymagania od pakietu nr 32:**

1. końcówki kanki wprowadzane do odbytu powinny być zaokrąglone,
2. bardzo gładkie
3. powinny posiadać otwory boczne i otwór centralny gładkie zaokrąglone,
4. bardzo elastyczne, po wyjęciu z opakowania łatwe do rozprostowania

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę do każdej pozycji .

Pakiet nr 34- worki do pomiaru diurezy godzinowej

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj worka</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość szt.</i>	<i>Cena 1 szt netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Cena 1 szt. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1	Worki do pomiaru diurezy godzinowej jałowe	szt.	420							

Ogółem wartość pakietu:

netto.....

brutto.....

Wymagania od pakietu nr 34

1. powinny być sterylne
2. powinien składać się z komory pomiarowej do diurezy godzinowej i worka zbiorczego
3. dokładność pomiaru skala z dokładnością co 1 ml do 40 ml
4. pojemność komory pomiarowej diurezy godzinowej do 500 ml
5. pojemność worka 2000 ml
6. zastawka antyrefluksyjna w worku i komorze
7. filtr hydrofobowy w worku i komorze
8. dren łączący z cewnikiem 110 cm z klamrą zaciskającą światło drenu
9. bezigłowy port do pobierania próbek moczu
10. system mocujący komorę pomiarową i worek
11. opróżnianie komory pomiarowej do worka zbiorczego łatwe, nie wymagające zdejmowania i odwracania komory pomiarowej
12. może być stosowany do 14 dni u jednego pacjenta
13. zawór do opróżniania worka zbiorczego łatwy w obsłudze i szczelny

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę .

**Pakiet Nr 36 – obwody oddechowe do aparatów
do znieczulania i respiratorów, maski twarzowe do wentylacji**

<i>L/ p</i>	<i>Pozycja</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jed netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka podatku VAT</i>	<i>Cena jedn. brutto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent +nr kat.</i>	<i>Nr certyfikatu + numer str. w ofercie</i>
1.	Obwody oddechowe wielorazowe do aparatów do znieczulania z uniwersalnym workiem (1,5l) i trzecią rurą długość rur powyżej 120 cm	Szt.	10							
2.	Rury wielorazowe do respiratorów długość powyżej 120 cm	Szt.	10							
3.	łączniki Y kompatybilne do końcówek rur, z możliwością podłączenia czujnika temperatury i czujnika do pomiaru ciśnienia w obwodzie oddechowym Standardowe otwory z możliwością ich zamknięcia muszą być kompatybilne z czujnikami temperatury firmy Fisher& Paykel	szt.	10							
4.	Maski twarzowe wielorazowe do znieczulania i wentylacji aparatem AMBU dla dorosłych silikonowe, z mankietem uszczelnianym powietrzem rozmiary 2, 3, 4, 5	szt.	Po 5 każdego rodzaju.							

5.	Maski twarzowe dla dzieci do znieczulenia i wentylacji aparatem AMBU o - 5		po 10szt każdego rodzaju							
6.	Obwody oddechowe do respiratorów jednorazowe , długość powyżej 120cm	Szt.	100							
7.	Obwody oddechowe jednorazowe do aparatów do znieczuleń z workiem oddechowym minimum 2L i trzecią rurą ≥120	Szt.	100							

Wartość ogółem netto

brutto

Wymagania dla pakietu Nr 36 - wszystkie pozycje

1. Obwody oddechowe powinny posiadać rury karbowane wielorazowe i jednorazowe
2. Zakończenia rur powinny pasować do standardowych rozmiarów końcówek przyłączeniowych aparatów do znieczulania ogólnego i respiratorów
3. Ciężar rur możliwie niewielki
4. Worki oddechowe o pojemności minimum 1500ml miękkie i trwałe
5. Maski twarzowe silikonowe z mankietem uszczelnianym powietrzem, szczelnie przylegające do twarzy
6. Wielkość masek twarzowych kodowana kolorami
7. Przestrzeń martwa zarówno masek i rur winna być możliwie mała
8. Łączniki do układów powinny posiadać końcówki zunifikowane, pasujące do typowych końcówek przyłączeniowych respiratorów, aparatów do znieczulenia, masek twarzowych itp.
9. Możliwość sterylizacji w autoklawie
10. Łączniki Y powinny pasować do końcówek rur karbowanych i łącznika rurki inkubacyjnej albo do łącznika kolankowego
11. Obwody oddechowe o dł. rur minimum 120cm i worek oddechowy minimum 1,5L (poz. Nr 11 dotyczy poz. w pakiecie poz. Nr 6,7)
12. Posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę do każdej pozycji .

Pakiet nr 37- ostrza chirurgiczne:

lp.	sprzęt rozmiar	ilość szt	J/m	cena netto	wart. netto	stawka podatku VAT	cena jedn brutto	wart. brutto	producent nr kat	nr certyfikatu +nr strony w ofercie
1	11	6.000	szt							
2	12	1.000	szt							
3	15	4.000	szt							
4	18	1.000	szt							
5	20	6.000	szt							
6	22	4.400	szt							
7	23	900	szt							
8	24	3.000	szt							

Wartość ogółem netto.....

brutto

Wymagania dla pakietu nr 37:

1. Jednorazowego użytku
2. Wykonane ze stali nierdzewnej lub węglowej
3. Powinny być ostrzami wymiennymi przystosowanymi do trzonków o standardowych wymiarach dla trzonków małych i dużych 3 i 4
4. Kształt i wielkość ostrza oznakowane na opakowaniu ostrza
5. Powinny być sterylne
6. Opakowanie trwałe
7. Termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego.
8. Powinny posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż po 5sztuk skalpeli do każdej pozycji.

Pakiet Nr 40 - przedłużacze do pomp infuzyjnych

L/p	Rozmiar	Ilość	J/m	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie
1.	Przedłużacze przezroczyste 100cm	500	Szt							
2	Przedłużacze przezroczyste 150 cm	10.00,00	Szt							
3	Przedłużacze czarne 150 cm	1.000	Szt							

Wartość ogólna netto

brutto.....

Wymogi dla pakietu Nr 40

1. Powinny posiadać wszystkie końcówki obowiązkowo Luer / Lock
2. Materiał hipoalergiczny i apirogeny
3. Powinny być sterylne, termin ważności co najmniej 2 lata od chwili zakupu
4. Opakowanie papier- folia łatwe do otwarcia
5. Kompatybilne i szczelne połączenia do strzykawek, aparatów do przetoczeń itp.

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę do każdej pozycji .

Pakiet Nr 42 - łączniki różnego rodzaju do układów oddechowych

Lp.	Rodzaj łącznika	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie
1.	Łączniki karbowane (martwa przestrzeń)	szt.	600							
2.	Łączniki kątowe, obrotowe wieloraz.	szt.	100							
3.	Łącznik kątowy prosty do maski twarz	szt.	10							
4.	Łącznik karb. Zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym	szt.	100							
5.	łącznik kątowy obrotowy wielorazowy z wejściem do bronchoskopu	szt.	100							
6.	Łączniki proste z końcówkami 15/22 ID z wejściem luer lock do podłączenia kapnografu	szt.	5							

Wartość ogółem netto
brutto

Wymagania dla pakietu Nr 42

1. Łączniki kątowe o małej przestrzeni martwej
 2. Łączniki kąt prosty powinny pasować do masek twarzowych
 3. Łączniki karbowane powinny posiadać łatwą do określenia przestrzeń martwą
 4. Powinny być obrotowe, - dotyczy łączników karbowanych i obrotowych
 5. Powinny być wielorazowego użytku do sterylizacji w autoklawie
 6. Posiadać standardowe zakończenia pasujące do standardowych rur i łączników
 7. Wykonane z materiału hypoalergicznego i apirogenego
 8. Sterylne, termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili zakupu
- Posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę do każdej pozycji .

Pakiet Nr 44 - dreny do ssaków próżniowych

L/p	Rodzaj łącznika	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie
1.	Zestawy do odsysania z pola operacyjnego o długości powyżej 200 cm z zakrzywioną końcówką jednorazowe, jałowe, podwójnie pakowane, z bocznym otworem do regulacji siły ssania na końcówce oraz z otworkami wokół otworu centralnego, zapobiegające zasysaniu się tkanek do końcówki	szt	2.000							
2.	Dreny do ssaków do odsysania z pola operacyjnego z końcówką prostą i z regulacją siły ssania, długości powyżej 200 cm	szt	6.000							
3.	Dreny do ssaków z końcówką typu lejek i drugą schodkową z zatyczką do regulacji siły ssania, jednorazowy, jałowy	szt	700							

długości powyżej 200 cm.									
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wymagania dla pakietu Nr 44

1. Końcówka zakrzywiona do odsysania z pola operacyjnego posiada otwór do regulacji siły ssania i wokół otworu centralnego posiada otworki zapobiegające zasysaniu się tkanek.
2. Końcówka ortopedyczna posiada filtr zapobiegający zapychaniu się drenu i dodatkowy filtr w zestawie
3. Końcówka do odsysania z pola operacyjnego prosta z otworem do regulacji siły ssania i w uchwycie i otworami wokół zapobiegającymi zasysaniu tkanek do otworu centralnego
4. Uchwyt końcówek do odsysania z pola operacyjnego ergonomiczny
5. Możliwość szybkiej wymiany końcówek do odsysania z pola operacyjnego w trakcie operacji
6. Końcówka dystalna (podłączona do pojemnika ssaka) średnica musi pasować do typowych końcówek urządzeń ssących różnego rodzaju.
7. Długość drenów powyżej 200cm
8. Dreny wszystkich rodzajów sterylne, pakowane po jednej sztuce w podwójne opakowania folia-papier i wewnętrzne folia
9. Dren posiada wzmocnienia zapobiegające zasysaniu się drenu
10. Opakowanie łatwe do otwarcia
11. Termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego
12. Posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę do każdej pozycji .

Wartość ogółem pakietu netto

brutto

Pakiet Nr 45- dreny do podłączenia tlenu

Tabela 1

L/p	Rodzaj asortymentu	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie
1.	Dreny tlenowe do podawania tlenu do AMBU, do podłączenia cewnika przez nos z końcówkami i standardowymi na obu końcach drenu długości powyżej 300 cm	szt	100							
2.	Dreny tlenowe do podawania tlenu do AMBU, do podłączenia cewnika przez nos z końcówkami i standardowymi na obu końcach drenu długości powyżej 200 cm	szt	600							

Wymagania dla pakietu Nr 45 tabela Nr 1:

1. Wykonany z miękkiego materiału
2. O przekroju gwiazdkowym, zapobiegającym zaciśnięciu
3. Pakowane pojedynczo w opakowanie papier- folia
4. Wielorazowego użytku
5. Łatwo prostują się po wyjęciu z opakowania
6. Łatwo wyjmują się z opakowania
7. Z obu stron końcówki uniwersalne pasujące zarówno do każdego źródła

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę do każdej pozycji .

Tabela 2

L/p	Asortyment	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie
1.	Wąsy tlenowe z uniwersalnym łącznikiem długości powyżej 300 rozmiar dla dorosłych.	szt	4.200							
2.	Wąsy tlenowe z uniwersalnym łącznikiem długości powyżej 200 lub 300 rozmiar dla dzieci	szt.	300							

Wymagania dla pakietu Nr 45 tabela Nr2:

1. Muszą być wykonane z miękkiego materiału
2. Materiał apirogeny, hypoalergiczny
3. Różne rozstawy wąsów dostosowane do wielkości pacjenta
4. Dren łączący ze źródłem tlenu długości 200-420 cm
5. Uniwersalna końcówka pasująca do każdego źródła tlenu
6. Sterylne, do użycia przez jednego pacjenta
7. Pakowane pojedynczo
8. Termin ważności sterylizacji co najmniej 3 lata od chwili zakupu
9. Powinna posiadać gumkę mocującą do głowy chorego
10. Dwa otwory boczne ułatwiające wydech

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę do każdej pozycji .

Tabela 3

L/p	Asortyment	J/m	Ilość	Cena jed netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent +nr kat.	Nr certyfikatu + numer str. w ofercie
1.	Maski tlenowe.	szt	240							

Wymagania dla pakietu Nr 45 tabela Nr3:

2. Musi być wykonana z miękkiego materiału
3. Materiał apirogeny, hypoalergiczny
4. Powinna być przezroczysta
5. Dren łączący ze źródłem tlenu długości powyżej 200 cm
6. Uniwersalna końcówka pasująca do każdego źródła tlenu
7. Pakowane pojedynczo
8. Maski powinny posiadać blaszki dopasowującą część nosową maski
9. Powinna posiadać gumkę mocującą do głowy chorego, dwa otwory boczne ułatwiające wydech

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę .

Wartość ogółem pakietu netto

brutto

Pakiet nr 48- Dreny Kehra i Pezzera

Tabela 1

lp.	sprzęt rozmiar	ilość szt	J/m	cena netto	wart. netto	stawka podatku VAT	cena jedn .brutto	wart. brutto	producent nr kat	nr certyfikatu +nr strony w ofercie
1	dren Pezzera nr 14	30	szt							
2	dren Pezzera nr16	30	szt							
3	dren Pezzera nr 18	20	szt							
4	dren Pezzera nr 20	30	szt							
5	dren Pezzera nr 22	40	szt							
6	dren Pezzera nr 24	40	szt							
7	dren Pezzera nr 28	40	szt							
8	dren Pezzera nr 30	40	szt							
9	dren Pezzera nr 32	40	szt							
10	dren Pezzera nr 34	40	szt							

Wartość ogółem netto

brutto

Wymagania dla pakietu nr 48 tabela 1:

1. Wykonane z lateksu, obustronnie silikonowane
2. Powinny być sterylne, zapakowane po 1 szt
3. Opakowanie szczelne
4. Łatwe do wyjęcia z opakowania
5. Powinny być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogenego
6. Oznaczenia rozmiaru zgodne z kodem międzynarodowym
7. Termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego
8. Posiadać certyfikat CE

Tabela2

lp.	sprzęt rozmiar	ilość szt	J/m	cena netto	wart. netto	stawka podatku VAT	cena jedn .brutto	wart. brutto	producent nr kat	nr certyfikatu +nr strony w ofercie
-----	-------------------	--------------	-----	---------------	----------------	--------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	---

1	dren Kehra nr 18	20	szt							
2	dren Kehra nr 20	20	szt							
3	dren Kehra nr 22	20	szt							
4	dren Kehra nr 24	20	szt							
5	dren Kehra nr 26	20	szt							
6	dren Kehra nr 28	20	szt							

Wartość ogółem netto.....

brutto

Wymagania dla pakietu nr 48 tabela 2:

1. Wykonane z lateksu, obustronnie silikonowane
2. Powinny być sterylne, zapakowane po 1 szt
3. Opakowanie szczelne
4. Łatwe do wyjęcia z opakowania
5. Powinny być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogenego
6. Oznaczenia rozmiaru zgodne z kodem międzynarodowym
7. Termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy do Zamawiającego
8. Posiadać certyfikat CE

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 próbkę do każdej pozycji .

Wartość ogółem pakietu netto

brutto

Pak Nr 52 - ZESTAW CEWNIKÓW PERMANENTNYCH

<i>Lp</i>	<i>Nazwa asortymentu</i>	<i>Ilość zestawów</i>	<i>Cena 1 zestawu netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Cena 1 zestawu brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>
1	ZESTAW CEWNIKÓW PERMANENTNYCH	400						

Zestaw musi zawierać:

- 1 igłę do nakłucia żył centralnych,
- 2 prowadnicę J,
- 3 dwa rozszerzadła – cienkie 10 fr, grube 12 fr,
- 4 prowadnicę o grubości 15Fr z rozrywalną koszulką i zastawką chroniącą przed zatorem powietrznym, z rozszerzadłem
- 5 2 nakrętki.
6. Cewnik o grubości 14,5Fr z:
 - mufką „uszkami” do przyszycia do skóry, o „nierozdwojonej” końcówce, cewniki powinny mieć wymiary 19,23cm, 26-29cm, 30-32cm, 41-44cm
7. tunneler

W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisanych pod pakietem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nie mniej niż 1 zestaw nie później niż w dniu składania ofert.

Długość cewnika

19cm,23,26-29cm, 30-32 cm , 41-44cm

Grubość cewnika

14,5 Fr

Cieńsze rozszeźadło

10 Fr

Grubsze rozszeźadło

12Fr

Introducer

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu próbki oferowanego asortymentu będącego przedmiotem zamówienia, w ilości minimum 1 zestawu, nie później niż w dniu składania ofert.