

Dotyczy : znak sprawy 18/2013

Przetargu nieograniczonego na:

” Dostawa i wymiana lampy RTG do tomografu komputerowego BrightSpeed 16 Seria Select”

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę i wymianę lampy rtg do tomografu komputerowego BRIGHTSPEED 16 SERIA SELECT”

Nr sprawy: 18/2013

Pytanie 1

Zamawiający w tabeli SIWZ w zestawieniu parametrów techniczno- eksploatacyjnych zawarł parametry, które nie są zgodne z wymogami producenta tomografu komputerowego BRIGHTSPEED 16 SERIA SELECT dotyczącymi parametrów lampy oraz różnią się od parametrów podanych w instrukcji/materiałach reklamowych/specyfikacji technicznej przez producenta tomografu komputerowego. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej potwierdzającej, iż dane zawarte w zestawieniu parametrów techniczno- eksploatacyjnych są zgodne z wymogami producenta tomografu komputerowego.

Odp. Bez zmian

Pytanie 2

Zamawiający w tabeli SIWZ w zestawieniu parametrów techniczno- eksploatacyjnych w pkt. 9 zawarł parametr „ charakterystyka mocy : 45/90kW”. Zgodnie z posiadaną wiedza techniczną oraz doświadczeniem możemy stwierdzić, że w chwili obecnej na rynku nie występuje lampa o w/w parametrach i jednocześnie spełniająca pozostałe parametry techniczne zawarte w tabeli SIWZ. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie powyższego parametru z tabeli SIWZ w obecnym postępowaniu.

Odp. Usuwamy ten punkt z SIWZ

Pytanie 3

Zamawiający w tabeli SIWZ w zestawieniu parametrów techniczno- eksploatacyjnych w pkt. 7 zawarł warunek, aby lampa RTG do tomografu komputerowego posiadała średnicę anody: 165.1 mm.

W związku z tym, że powyższy parametr jest niezgodny z wytycznymi producenta tomografu komputerowego w kwestii parametrów lampy RTG do tomografu komputerowego BRIGHTSPEED 16 SERIA SELECT, wnosimy o zmianę powyższego parametru na 165 mm.

Odp. **Przychylamy się do zmiany na „min. 165”.**

wszelkie ułamki wynikają z zaokrągleń przeliczania między jednostkami „amerykańskimi” i „europejskimi

Pytanie 4

Zamawiający w tabeli SIWZ w zestawieniu parametrów techniczno- eksploatacyjnych w pkt. 10 zawarł warunek, aby lampa RTG do tomografu komputerowego posiadała rozmiar ogniska 0.9 x 0.7/1.2 x 1.2. oraz zawarł parametr dotyczący prędkości rotacji anody tj. 9600 RPM.

W związku z powyższym, iż parametry te, odbiegają od parametrów lampy będącej składową fabrycznej konfiguracji oraz nie spełniają wytycznych producenta tomografu komputerowego BRIGHTSPEED 16 SERIA SELECT marki GE, jak również, proces certyfikacji urządzenia jako całości odbył się z częściami o innych parametrach technicznych jakie Zamawiający zawarł w postępowaniu przetargowym, wnosimy o zmianę zapisu tabeli SIWZ w powyższych pkt. Na wartości poniższe – rozmiar ogniska 0,8x0,5/1,1x1,0; prędkości rotacji anody 8400 RPM.

Odp. Dopuszcza wymiary :

małe ognisko: max 0.9x0.7 mm

duże ognisko: max 1.2x1.2 mm

rotacje proponuję zmienić na min 8400 rpm

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do 05.08.2013r godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie