

Dotyczy : znak sprawy 18/2013

Przetargu nieograniczonego na:

” Dostawa i wymiana lampy RTG do tomografu komputerowego BrightSpeed 16 Seria Select”

Występując w imieniu MVS Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie nr 1.

W celu uniknięcia wątpliwości prosimy o potwierdzenie, że zdemontowana zużyta lampa RTG przechodzi na własność Wykonawcy usługi.

Odp. Tak

Pytanie nr 2.

Uprzejmie prosimy o wykreślenie z SIWZ rozdział III ust.6 pkt 6.2 i z umowy wszelkich zapisów dotyczących obowiązku przeprowadzenia instruktażu wstępnego oraz przeszkolenia pracowników. W przypadku dostawy lampy rentgenowskiej te zapisy nie znajdują zastosowania ponieważ lampa jest integralnym elementem tomografu komputerowego. Wymiana lampy rentgenowskiej nie wnosi nic do sposobu obsługi samego urządzenia. Lampa jako taka nie posiada też własnej instrukcji obsługi - obowiązuje instrukcja obsługi tomografu komputerowego.

Odp. Tak

Pytanie nr 3

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż gwarancja na lampę RTG (niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie gwarancji) jest nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego, wskazanego w umowie okresu gwarancji. Wynika to ze specyfiki pracy lampy rentgenowskiej i faktu, iż jest ona materiałem zużywalnym więc może podlegać wymianie w okresie gwarancji.

Odp. Tak

Pytanie 3

Zgodnie z zapisem SIWZ działu II – Wymagania formalnoprawne - pkt.1 ppkt 1.1c Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby osoba wykonująca instalację posiadała wystawiony przez producenta/wytwórcę tomografu komputerowego BRIGHTSPEED 16 SELECT, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu obsługi serwisowej tomografu BRIGHTSPEED 16 SELECT, a na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionego warunku Wykonawca dołączy do oferty certyfikaty wystawione przez producenta tomografu komputerowego BRIGHTSPEED 16 SELECT?

Odp. Dopuszcza

Pytanie 2

Zgodnie pkt III ppkt 1.1 SIWZ oraz pkt 5 ZESTAWIENIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH przedmiotem zamówienia jest lampa RTG kompatybilna z systemem tomografu komputerowego BRIGHTSPEED 16 SERIA SELECT oraz niewymagająca żadnych modyfikacji tego systemu podczas jej instalacji.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga przedstawienia oświadczenia producenta tomografu BRIGHTSPEED 16 SELECT o jego rekomendacji (wskazaniu) dla oferowanej lampy, tj., że lampa jest zgodna, kompatybilna z tomografem BRIGHTSPEED 16 SELECT lub czy wymaga, aby Wykonawca dostarczył dokumentację potwierdzającą wykonanie oceny zgodności tomografu komputerowego BRIGHTSPEED 16 SELECT z oferowaną lampą?

Odp. Dopuszcza

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy, po zainstalowaniu której, na ekranie konsoli tomografu podczas wykonywania badania zostanie wyświetlony komunikat informujący, że wartość dawki promieniowania rentgenowskiego może się różnić od podanej na ekranie?

Odp. Dopuszcza

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga aby system tomografu komputerowego BRIGHTSPEED 16 SELECT był, po instalacji lampy, kompatybilny z oprogramowaniami zmniejszającymi dawki promieniowania rentgenowskiego aplikowana na ciało pacjenta podczas badania?

Odp. Dopuszcza