

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników oraz sprzętu jednorazowego użytku 8 pakietów dla pracowni Laboratorium Analitycznego. Przetarg znak: 19/2013.**

### **Pyt Nr 1**

#### **1. Dotyczy Pakietu nr 5 - Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatorów.**

Prosimy o sprecyzowanie z jaką częstotliwością i na ilu poziomach będą wykonywane kontrole, czy np. codziennie na 3 poziomach, czy też np. codziennie - poziom normalny i naprzemiennie - poziom niski i wysoki? Pytanie odnosi się do analizatora hematologicznego 5-diff jak 3-diff.

**Odp. Codziennie na poziomach**

### **Pyt 2**

Pakiet nr 7 poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipety jednorazowej z podziałką o pojemności 3,0 ml?

**Odp. Tak**

### **Pyt Nr 3**

Pakiet nr 7 poz. 6 – Czy wymaganie w tej pozycji płyt do oznaczania grup krwi 5 x 65 dołków jest omyłką pisarską? Czy Zamawiający wymaga płyt do oznaczania grup krwi w rozmiarze 5 x 5 dołków?

**Odp. Nie, 5x 6 dołków**

### **Pyt 4**

Pakiet nr 7 poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek szklanych o pojemności 4 ml niejałowych?

**Odp. Rezygnuje z tej pozycji**

### **Pyt 5**

Pakiet nr 1 poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu konfekcjonowanego po 20 oznaczeń i czy będzie to wystarczająca ilość testów wymaganych przez Zamawiającego?

**Odp. Tak**

**Pyt 6**

Pakiet nr 1 poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu konfekcjonowanego po 20 oznaczeń i czy będzie to wystarczająca ilość testów wymaganych przez Zamawiającego?

**Odp. Tak**

**Pyt 7**

Pakiet nr 1 poz. 2 i 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na połączenie pozycji 2 i 3 w jedną pozycję i zaoferowanie w tym miejscu panelu do oznaczenia 12 parametrów, które będą zawierały wszystkie wymagane przez Zamawiającego testy?

**Odp. Tak**

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, to czy oczekiwana ilość testów będzie wynosiła 200?

**Odp. Nie 100 sztuk**

**Pyt 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu benzodiazepin o czułości 300 ng/ml?

**Odp. Tak**

**Pyt 9**

Pakiet nr 1 – poz. 4 – Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu jakości oferowanego testu?

**Odp. Tak**

**Pyt 10**

Pakiet nr 1 – poz. 4 –

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany test charakteryzował się dolnym limitem detekcji wynoszącym:  $5 \times 10^3$  cyst i  $2.5 \times 10^4$  trofozoitów na 1mL rozcieńczonej próbki kału

**Odp. Tak**

**Pyt 11**

Pakiet nr 1 poz. 5 – Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z testem dodatkowej kontroli pozytywnej w postaci ciekłej w celu weryfikacji zgodności otrzymywanych wyników?

**Odp. Nie**

**Pyt 12**

Pakiet nr 1 poz. 5 – Czy Zamawiający wymaga testu z użyciem wyłącznie przeciwciał monoklonalnych zarówno w strefie testowej, jak i kontrolnej membrany testowej?

**Odp. Tak**

**Pyt 13**

Pakiet 7 poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu jakości wymazówek dotyczącego standardów i procedur mających na celu zapewnienie optymalnych warunków pobierania, przenoszenia i krótkotrwałego ich przechowywania?

**Odp. Tak**

#### Pyt 14

Pakiet 7 poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji probówek z polistyrenu o pojemności 5ml (roz. 12x86) okrągłodennych, ze sterylnym korkiem?

**Odp. Rezygnuje z tej pozycji**

#### Pyt 15

**Dotyczy SIWZ (Rozdział III pkt. 3.3) oraz (Rozdział XI §5 ust. 1).**

Prosimy zmianę terminu płatności na **45 dni** od daty dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu.

**Odp. Nie**

#### Pyt 16

**Dotyczy SIWZ - Rozdział XI, §1 ust. 2– warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy dostawy.**

Prosimy o zmianę postanowienia umownego w §1 ust. 2 na następujący:

”Ustalone w Załączniku do niniejszej umowy ilości stanowią wielkości szacunkowe, które mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, **z zastrzeżeniem, że zmniejszenie jak i zwiększenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20% ilości przedmiotu umowy.**”

**Odp. Nie**

W związku z ogłoszeniem w/w przetargu prosimy o modyfikację formularza asortymentowo-cenowego Pakiet nr 8 – Sprzęt jednorazowy do pobierania krwi – system zamknięty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób, który, zgodnie z Art. 7 i Art. 29, Ust. 2 ustawy pzp, nie utrudni uczciwej konkurencji.

Poz. 3: prosimy o dopuszczenie probówek o poj. 1,4 ml

**Odp. Nie**

Poz. 4: prosimy o dopuszczenie probówek o poj. 1,6 ml

**Odp. Nie**

Poz. 9: prosimy o dopuszczenie strzykawek do gazometrii o poj. 2,3 ml. ze znacznikami na ilość pobieranej krwi: 1; 1,5; 2 i 2,3 ml.

**Odp. Tak**

Poz. 14: prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu lub rezygnację dla tej pozycji z wymogu z punktu 12: „Wszystkie pozycje muszą być od jednego producenta...” gdyż uchwyt z tej pozycji nie jest elementem systemu zamkniętego pobierania krwi

Poz. 18: prosimy o dopuszczenie probówek o poj. 1,4 ml

Poz. 19: prosimy o dopuszczenie probówek o poj. 1,4 ml

**Odp. Nie**

### Pyt 17

Czy zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 sztukę wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupu jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)?

**Odp. Tak**

### Pyt 18

Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycja 13 ma na myśli nakłuwacze nożyki automat 2mm takie sam jak w pozycji 11? Czy zamawiający mógłby sprecyzować zamawianą ilość gdyż w rubryce „ilość /2 lata” jest wpisane - 1.12.2000?

**Odp. Ilość 60.000,00sztuk, igła 1,8mm**

### Pyt 19

Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycja 14 dopuści pojemniki na dobową zbiórkę moczu o pojemności 2000ml lub 2500ml?

**Odp. Tak 2500ml**

dotyczy Pakietu nr 4 Odczynniki do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora:

### Pyt 20

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora pracującego w oparciu o bezobsługowe elektrody wymieniane każda osobno w zależności od zużycia?

**Odp. Tak**

### Pyt 21

**Dotyczy wzoru umowy:**

Par. 1 ust. 2, par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w

*tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”.* Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

**Odp. Nie**

#### **Pyt 22**

Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie brzmienia: „W przypadku opóźnień w płatnościach Zamawiającego o okres przekraczający 60 dni od daty wymagalności Wykonawca uprawniony jest do cesji wierzytelności, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o zamiarze dokonania cesji, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem cesji wierzytelności.”?

**Odp. Nie**

#### **Pyt 23**

Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu, poprzez dodanie brzmienia: ": „W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian. Do tych cen zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT.”?

**Odp. Tak**

#### **Pyt 24**

Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby za datę zapłaty przyjęto dzień uznania środków na koncie Wykonawcy?

**Odp. Tak**

#### **Pyt 25**

Spełnienie świadczenia pieniężnego następuje, gdy majątek wierzyciela powiększa się o wartość odpowiadającą wartości zobowiązania, co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 12 lipca 1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96), zgodnie z którym: "(..) w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego".

#### **Pyt 26**

Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności na 60 dni?

**Odp. Nie**

**Pyt 27**

Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na 2 dni robocze?

**Odp. Nie**

**Pyt 28**

Aparaty ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby gwarantowana reakcja serwisowa następowała następnego dnia roboczego

**Odp. Tak**

**Pyt 29**

Aparaty ust. 8 czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na 4 dni robocze?

**Odp. Nie**

**Pyt 30**

Par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu" na "Zamawiający może żądać od Wykonawcy"?

**Odp. Nie**

**Pyt 31**

Par. 8 ust. 1 Prosimy o zmianę zwrotu "bez zgody Zamawiającego" na "z przyczyn zawnionych przez Wykonawcę"

**Odp. Nie**

**Pyt 32**

Par. 8 ust. 2 Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

**Odp. Nie**

**Pyt 33**

Jeśli dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii odczynników, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

### **Pyt 34**

Pr. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzemieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”? Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń.

**Odp. Nie**

### **Pyt 35**

Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia?

**Odp. Nie**

### **Pyt 36**

Par. 9 Prosimy o dodanie brzmienia „uprawnienie nie przysługuje w sytuacji, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni”.

**Odp. Nie**

### **Pyt 37**

Par. 14 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

**Odp. Tak**

### **Pyt 38**

Par. 16 Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzorów umów zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w\*/ brzmieniu przedstawionym poniżej?

### **Pyt 39**

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwołonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

1.1. zmianę ilości przedmiotu zamówienia;

1.2. zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;

1.3. zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany;

1.4. zmianę sposobu konfekcjonowania;

1.5. zmianę terminu realizacji dostaw;

1.6. zmianę terminu realizacji Umowy;

1.7. zmianę okresu obowiązywania umowy, w tym w szczególności o czas konieczny dla przeprowadzenia kolejnego przetargu na analogiczny przedmiot zamówienia.

2. Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1 powyżej mogą być:

2.1. wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony, bądź

2.2. wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego Umową, bądź

2.3. nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy laboratorium, bądź

2.4. nastąpi zmiana w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, bądź

2.5. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń diagnostycznych, bądź

2.6. w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego, bądź

2.7. będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, bądź

2.8. będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź

2.9. zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu

**Odp. Nie ??????????????????**

**Pyt 40**

1. dot. pakiet nr 8, SIWZ III pkt 2.1

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Poz. 14 pakietu nr 8 wytwórca nie zaklasyfikował jako wyrób medyczny i zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych nie wystawiana jest deklaracja zgodności dla tych produktów ani inny dokument dopuszczający do obrotu.

Dlatego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie złożenia stosownego oświadczenie dot. pozycji nr 14 w Pakiecie nr 8, iż produkt ten nie został zaklasyfikowany jako wyrób medyczny w myśl Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r.

Odp. Tak

#### **Pyt 41**

2. dot. pakiet nr 8 poz. 15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły typu motylek z drenem do 80 mm dł. 0,8mm.

Odp. Tak

#### **Pyt 42**

3. dot. pakiet nr 8 wymagania pkt. 10

Czy w pkt. 10 Zamawiający miał na myśli, iż na każdej strzykawko-probowce mają być naklejone etykiety z polem do opisu?

Odp. Tak

#### **Pyt 43**

**Pytania dotyczące SIWZ:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w pozycjach, w których jednostką miary jest sztuka cena wyrobów była podawana z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Odp. Tak

#### **Pyt 44**

**Pytania dotyczące umowy:**

**Dotyczy § 1 ust.2**

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”

Odp. Nie

#### **Pyt 45**

##### **Dotyczy § 2 ust.5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odp. Tak**

#### **Pyt 46**

##### **Dotyczy § 2 ust. 5**

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż w świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawną, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki, a zatem bez wskazania w umowie i upoważnienia osoby, która w Jego imieniu będzie składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki? Ponadto składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje niepotrzebne nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego Zamawiający powinien wykreślić, że wzoru umowy, iż składanie zamówień będzie następować drogą telefoniczną.

**Odp. Drogą e mail lub faxem**

#### **Pyt 47**

##### **Dotyczy § 2 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu, że termin dostawy będzie wynosił min. 5 dni roboczych ?

**Odp. Nie**

#### **Pyt 48**

##### **Dotyczy § 2 Dostawa aparatów Pak Nr 2,3,4 i § 4 Dotyczy aparatów.**

Czy nie nastąpiła pomyłka pisarska?

Prosimy o wykreślenie „Pak nr 3 „ – gdyż nie dotyczy dostawy aparatów

**Odp. Tak**

## **Pyt 49**

### **Dotyczy § 5 ust.1**

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż postawienie w SIWZ wymogu, iż termin płatności ma wynosić 90 dni jest w świetle ustawy z dnia 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. nr 139 poz. 1323) jest niekorzystny dla zamawiającego, gdyż prowadzi do dodatkowego obciążenia Zamawiającego odsetkami. Jak stwierdził Zespół Arbitrów w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 lutego 2005r. sygn. Akt UZP/ZO/0-278/05: „Odsetki te zwiększają cenę zamówienia automatycznie, ponieważ z art. 9 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, nieważne są czynności prawne wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub dłużnika wynikające z art. 5 i 6 ustawy. Zdaniem Zespołu Arbitrów wskazanie w SIWZ odroczonego terminu płatności nie tylko narusza art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie gwarantuje wyboru najkorzystniejszej oferty (powiększenie ceny o odsetki), ale także w istocie jest ukrytym niezgodnym z dobrymi obyczajami warunkiem, jaki musi spełnić wykonawca ubiegający się o zamówienie.”

W związku z powyższym, czy Zamawiający nie powinien dokonać na mocy art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany w SIWZ, polegającej na skróceniu wymaganego terminu płatności z na 30 dni.

**Odp. Nie**

## **Pyt 50**

### **Dotyczy § 5 ust.1**

Prosimy o zmianę zapisu z: „...od daty dostarczenia ...” na zapis brzmiący następująco: „ ... od daty wystawienia...” Prośbę motywujemy faktem, iż zmiana tego zapisu umożliwi Wykonawcy precyzyjne określenie daty, od której płynie termin płatności.

**Odp. Nie**

## **Pyt 51**

### **Dotyczy § 7 ust.1**

**Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.**

**- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od chwili jej otrzymania,**

**- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.**

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.

**Odp. Tak**

## Pyt 52

### Dotyczy § 8ust. 1

Czy Zamawiający dopuści zmianę wysokości kar umownych: z „0,5%” na „0,1%”?

**Odp. Nie**

## Pyt 53

### Dotyczy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części ZAMÓWIENIA za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej od wartości całej umowy jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Liczenie kar od wartości całej umowy / całego ZAMÓWIENIA jest w stosunku do wykonawcy działaniem niesprawiedliwym i na jego szkodę, gdyż wykonawca, który spóźnił się z dostawą o wartości np. 500 zł., będzie obciążony karą liczoną od wartości np. 50000 zł., a zatem niewspółmierną do przewinienia. To tak, jakby wykonawca liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe płatności od wartości całej umowy, a nie od wartości nieuregulowanej w terminie faktury. Na taką sytuację Zamawiający nie wyraziłby zgody, dlatego więc Wykonawca ma być obciążany karami liczonymi od całej wartości umowy tj. od wartości towarów dostarczonych w terminie + od towarów, na które jeszcze Zamawiający nie złożył zamówienia?

**Odp. Nie**

## Pyt 54

### Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

#### Dotyczy pakietu nr 3:

##### **Pozycja 3.**

a)

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania próbek typu Eppendorf wykonanych z polipropylenu o podwyższonej przezroczystości (dzięki czemu łatwiej obserwować zawartość próbówki), z podziałką i polem do opisu oraz z płaski zatrzaskowym, zintegrowanym z

próbówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka.

**Odp. Nie**

**Pyt 55**

b)

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaski zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się próbki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

**Odp. Nie**

**Pyt 56**

**Pozycja 5**

Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania szkiełek z jednostronnym czy dwustronnym polem do opisu?

**Odp. Jednostronnym polem do opisu**

**Pyt 57**

**Pozycja 11.**

- a) Czy Zamawiający dopuści 'Nakłuwacze hematologiczne "Sterilance Lite II", automatyczne, igłowe o śr. igły 0,8 mm (21G) i głębokości wkłucia 1,8 mm (pomarańczowe) – sterylne”?

**Odp. Nie**

**Pyt 58**

- b) Czy Zamawiający dopuści 'Nakłuwacze hematologiczne "Sterilance Lite II", automatyczne, igłowe o śr. igły 0,8 mm (21G) i głębokości wkłucia 2,4 mm (różowe) – sterylne” ?

**Odp. Nie**

**Pyt 59**

**Pozycja 12.**

Czy Zamawiający dopuści 'Nakłuwacze hematologiczne "Sterilance Lite II", automatyczne, igłowe o śr. igły 0,8 mm (21G) i głębokości wkłucia 1,8 mm (pomarańczowe) – sterylne”?

**Odp. Nie**

### **Pyt 60**

#### **Pozycja 13.**

- a) Czy Zamawiający dopuści 'Nakłuwacze hematologiczne "Sterilance Lite II", automatyczne, igłowe o śr. igły 0,8 mm (21G) i głębokości wkłucia 1,8 mm (pomarańczowe) – sterylne”?

**Odp. Tak**

### **Pyt 61**

- b) Czy Zamawiający dopuści 'Nakłuwacze hematologiczne "Sterilance Lite II", automatyczne, igłowe o śr. igły 0,8 mm (21G) i głębokości wkłucia 2,4 mm (różowe) – sterylne” ?

**Odp. Nie**

### **Pyt 62**

- c) Błąd w opisie ilości - Jaką ilość życzy sobie Zamawiający?

**Odp. 60.000 sztuk**

### **Pyt 63**

Pozycja 14.

**Czy Zamawiający dopuści” Pojemniki do 24 h zbiórki moczu, o poj. 2,7 l (115x115x225 mm), z HDPE, z podziałką i zakrętką z PE” ?**

**Odp. Tak**

### **Pyt 64**

#### **Dotyczy pakietu nr 7:**

Pozycja 3

**Czy Zamawiający dopuści 'Pipetki transportowe typu Pasteura dł. 155mm, o poj. użytkowej 3ml i całkowitej ~4ml, z podziałką do 3,0ml co 0,5ml, wykonane z PE, pakowane zbiorczo - w pudełku kartonowym z dozownikiem”?**

**Odp. Nie**

### **Pyt 65**

Pozycja 5

**Czy Zamawiający życzy sobie płyt do oznaczania grup krwi z tworzywa białego czy z przezroczystego ?**

**Odp. Z przezroczystym**

**Pyt 66**

Pozycja 6

a) Czy Zamawiającemu chodziło o płyty 5x6 dołków?

**Odp. Tak**

**Pyt 67**

b) Czy Zamawiający życzy sobie płyt do oznaczania grup krwi z tworzywa białego czy z przezroczystego ?

**Odp. przezroczystego**

**Pyt 68**

Pozycja 7

a) Czy Zamawiający dopuści „Probówki ogólnego zastosowania o poj. 5 ml (Φ10x100 mm, gr. ścianki 0,8-1,0 mm), okrągłodenne, ze szkła borokrzemowego, bakteriologiczne - do zastosowań IVD”?

**Odp. Nie**

**Pyt 69**

b) Czy Zamawiający dopuści 'Probówki o poj. 4 ml (Φ12x75 mm), okrągłodenne, z PS, z korkiem, pakowane zbiorczo, sterylne” ?

**Odp. Niesterylne**

**Pyt 70**

Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści Probówki pakowane indywidualnie w opakowaniu jednostkowym i po 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym?

**Odp. Nie**

**Pyt 71**

**1.Pakiet 3:**

a)Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia próbek na rzecz katalogów ukazujących cechy zaproponowanego asortymentu?

**Odp. Nie**

**Pyt 72**

b)Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści pojemnik o poj. 125 ml?

**Odp. Tak**

### **Pyt 73**

c) Czy w pozycji 6 ze względu na fakt podawania przez producentów różnych pojemności dla probówek o tych samych wymiarach, Zamawiający dopuszcza probówki 12x75 mm o poj. 5 ml?

**Odp. Tak**

### **Pyt 74**

d) Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści kapilary o poj. 98 ul?

**Odp. Tak**

### **Pyt 75**

e) Czy w pozycji 13 Zamawiający dopuści pojemniki o poj. 2700ml?

**Odp. Tak**

### **Pyt 76**

#### **2.Pakiet 6:**

a) Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z utrwalaniem termicznym w którym ze względu na użycie wysokiej jakości żelu, nie występuje efekt dyfuzji pasm, oraz inne niepożądane procesy? Dodatkową zaletą takiego sposobu utrwalania jest brak konieczności użycia substancji szkodliwych i niebezpiecznych.

### **Pyt 77**

**Odp. Nie**

b) Czy ze względu na fakt, iż elektroforeza białek w surowicy zazwyczaj nie jest badaniem "cito", a w tego typu badaniach wymagana jest najwyższa jakość rozdziału żeli, Zamawiający dopuści 30 min czas rozdziału białek (podwyższenie napięcia, co wiąże się ze skróceniem czasu rozdziału, może mieć wpływ na wynik)?

**Odp. Nie**

### **Pyt 78**

c) Czy Zamawiający dopuści zestaw do elektroforezy, w której barwnikiem jest kwaśny błękit?

**Odp. Nie**

### **Pyt 79**

#### **2.Pakiet 7:**

a) Czy w pozycji 1 Zamawiający wymaga wymazówek w probówce 13x165mm, o zapewnia optymalne zanurzenie wacika w podłożu transportowym?

**Odp. Nie**

### **Pyt 80**

b) Czy w pozycji 1 Zamawiający wymaga wymazówek z instrukcją pobrania na opakowaniu w języku polskim, pakowanych indywidualnie?

**Odp. Tak**

**Pyt 81**

c) Czy w pozycji 1 Zamawiający oczekuje wymazówek z etykietą do opisu próbki na każdej probówce?

**Odp. Tak**

**Pyt 82**

d) Czy w pozycji 1 Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu wykazującego zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 7 klinicznie spotykanych mikroorganizmów, w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania? Dokument ten potwierdzi wysoką jakość oferowanego podłoża.

**Odp. Tak**

**Pyt 83**

e) Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści pipetę z podziałką do 3 ml?

**Odp. Tak**

**Pyt 84**

f) Czy w pozycji 4 Zamawiający oczekuje pojemników pakowanych indywidualnie?

**Odp. Tak**

**Pyt 85**

g) Czy w pozycji 6 Zamawiający miał na myśli jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi 5x5 dołków?

**Odp. Nie 5x6**

**Pyt 86**

h) Czy Zamawiający wydzieli pozycję 7 do osobnego pakietu? Pozwoli to na udział w postępowaniu Wykonawcom nie specjalizującym się w dostarczaniu szkła laboratoryjnego.

**Odp. Rezygnuje z tej pozycji**

**Pyt 87**

i) Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści wymazówki pakowane pojedynczo?

**Odp. Tak**

**Pyt 88**

**Dotyczy Pakietu nr 5 – zapis w rozdz. III pkt. 3 SIWZ, warunki umowy § 2, ust.5 oraz formularz cenowy.**

Prosimy o określenie terminu realizacji zamówienia dla Pakietu nr 5. Czy zamówienie dotyczy okresu 24 czy 36 miesięcy?

W formularzu cenowym ilości odczynników podane są na okres 3 lat, natomiast w tabeli z czynszem dzierżawnym dla analizatora hematologicznego 3 diff widnieje zapis: „dwuletni okres dzierżawy” oraz w rozdziale **III pkt. 3 SIWZ** i w warunkach umowy **§ 2 ust.5** termin realizacji zamówienia dla Pakietu nr 5 wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy

**Odp. 36miesięcy**

**Pyt 89**

Prosimy o wprowadzenie zapisu powyższego punktu SIWZ dotyczącego wymogu dostarczenia próbek poprzez dodanie zapisu „zamawiający przed odrzuceniem oferty zostaje najpierw dyspozycję zawartą w art. 26.ust.3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż obecny zapis jest sprzeczny z ustawą prawo zamówień publicznych.

**Odp. Tak**