

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz sprzętu jednorazowego użytku 3 pakietów dla pracowni Laboratorium Analitycznego
Nr sprawy: 31/2013

Pak Nr 1

Zapytanie

Zapytanie kierujemy do pakietu nr 3 do pozycji nr 2 tj. Pojemnik na mocz z zakrętką.

Czy Zamawiający oczekuje jałowego pojemnika na mocz z zakrętką?

Zapytanie kierujemy do pakietu nr 3 do pozycji nr 3 tj. Prob. Typ Eppendorf z korkiem

Odp. Niejałowy

Pak Nr 2

Czy Zamawiający oczekuje prob. typ Eppendorf z korkiem Safe Looc do technicznych zastosowań czy też ze zwykłym korkiem?

Odp. Z płaskim korkiem na zawiasie

Pak Nr 3

Zapytanie kierujemy do pakietu nr 3 do pozycji nr 6 tj. Probówki zPS 4 ml

Czy Zamawiający dopuści probówki zPS 5 ml?

Odp. Nie, wymiar 12x75mm

Pak Nr 4

Zapytanie kierujemy do pakietu nr 3 do pozycji nr 10 tj. Pojemnik na kał z łopatką

Czy Zamawiający oczekuje pojemnik na kał z łopatką jałowy?

Odp. Nie

Pak Nr 5

Zapytanie kierujemy do pakietu nr 3 do pozycji nr 10 tj. Pojemnik na kał z łopatką

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał z łopatką 30 ml?

Odp. Tak

Pak Nr 6

Zapytanie kierujemy do pakietu nr 3 do pozycji nr 14 tj. Pojemniki na dobową zbiórkę moczu

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na dobową zbiórkę moczu 2500 ml?

Odp. Tak

Pak Nr 7

Pytania dotyczące SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w pozycjach, w których jednostką miary jest sztuka cena wyrobów była podawana z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Odp. Tak

Pak Nr 8

Pytania dotyczące umowy:

Dotyczy § 1 ust.2

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”

Odp. Nie

Pak Nr 9

Dotyczy § 2 ust.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Nie

Pak Nr 10

Dotyczy § 2 ust. 5

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż w świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawną, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki, a zatem bez wskazania w umowie i upoważnienia osoby, która w Jego imieniu będzie składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki? Ponadto składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje niepotrzebne nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego Zamawiający powinien wykreślić, że wzoru umowy, iż składanie zamówień będzie następować drogą telefoniczną.

Odp. Tak

Pak Nr 11

Dotyczy § 2 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu, że termin dostawy będzie wynosił min. 5 dni roboczych ?

Odp. Nie

Pak Nr 12

Dotyczy § 5 ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 90 dni na 30 dni liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury potwierdzającej dostawę towaru.

Podtrzymując wymóg 90 dniowego terminu płatności tj. maksymalnego terminu dla podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym wynikającego art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1323), Zamawiający musi liczyć się z faktem, że konsekwencją uregulowania terminu płatności na bazie tej ustawy, będzie naliczanie przez wykonawcę, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Odp. Nie

Pak Nr 13

Dotyczy § 7 ust.1

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.

Odp. Tak

Pak Nr 14

Dotyczy § 8ust. 1

Czy Zamawiający dopuści zmianę wysokości kar umownych: z „0,5%” na „0,1%” wartości brutto niewykonanej części umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 0,5% jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 182,5%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odp. Nie

Pak Nr 15

Dotyczy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej umowy?

Odp. Nie

Pak Nr 16

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczy pakietu nr 3:

Pozycja 3.

a)

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf wykonanych z polipropylenu o podwyższonej przezroczystości (dzięki czemu łatwiej obserwować zawartość probówki), z podziałką i polem do opisu oraz z płaski zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka.

Odp. Bezbarwne, bez podwyższonej przezroczystości

b)

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaski zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

Odp. Bez zamknięcia typu Safe Lock

Pak Nr 17

Pozycja 5

Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania szkiełek z jednostronnym czy dwustronnym polem do opisu?

Odp. Jednostronnym

Pak Nr 18

Pozycja 11.

- a) Czy Zamawiający dopuści 'Nakłuwacze hematologiczne "Sterilance Lite II", automatyczne, igłowe o śr. igły 0,8 mm (21G) i głębokości wkłucia 1,8 mm (pomarańczowe) – sterylne”?

Odp. Nie, jak w SIWZ

- b) Czy Zamawiający dopuści 'Nakłuwacze hematologiczne "Sterilance Lite II", automatyczne, igłowe o śr. igły 0,8 mm (21G) i głębokości wkłucia 2,4 mm (różowe) – sterylne” ?

Odp. Nie, jak w SIWZ

Pozycja 12.

Czy Zamawiający dopuści 'Nakłuwacze hematologiczne "Sterilance Lite II", automatyczne, igłowe o śr. igły 0,8 mm (21G) i głębokości wkłucia 1,8 mm (pomarańczowe) – sterylne”?

Odp. Nie, jak w SIWZ

Pozycja 13.

- a) Czy Zamawiający dopuści 'Nakłuwacze hematologiczne "Sterilance Lite II", automatyczne, igłowe o śr. igły 0,8 mm (21G) i głębokości wkłucia 1,8 mm (pomarańczowe) – sterylne”?

Odp. Nie

- b) Czy Zamawiający dopuści 'Nakłuwacze hematologiczne "Sterilance Lite II", automatyczne, igłowe o śr. igły 0,8 mm (21G) i głębokości wkłucia 2,4 mm (różowe) – sterylne” ?

Odp. Tak

Pozycja 14.

Czy Zamawiający dopuści” Pojemniki do 24 h zbiórki moczu, o poj. 2,7 l (115x115x225 mm), z HDPE, z podziałką i zakrętką z PE” ?

Odp. Tak

Pak Nr 19

Dotyczy pakietu nr 5:

Pozycja 3 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 i 4 z pakietu 5 , tworząc z nich oddzielny pakiet?

Odp. Nie

Pak Nr 20

Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 11 i 13 ma na myśli te same nakłuwacze, gdyż opis wskazuje na taki sam artykuł?

Odp. Nie. Poz. 11 dokładnie jak w opisie.

Pak Nr 21

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 14 dopuści pojemnik na dobową zbiórkę moczu na 2500ml?

Odp. Tak

Pak Nr 22

Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 17 wymaga końcówki typu Eppendorf?

Odp. Typu Eppendorf - Gilson

Pak Nr 23

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupu jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)?

Odp. Tak

Pak Nr 24

Dotyczy pakietu 2

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji dostaw do 5 dni od momentu złożenia zamówienia.
Wykonawca dostarcza zamówiony towar bezpośrednio z magazynu dystrybucyjnego z Niemiec.

Odp. Tak

Pak Nr 25

Prosimy o zmianę terminu płatności z 90 do max. 60 dni co jest zalecane zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Odp. Nie

Pak Nr 26

Dotyczy pakietu 2, pkt. 24 parametrów granicznych dla analizatora do moczu: Prosimy o wskazanie dostawcy LIS i HIS dla Zamawiającego celem uwzględnienia kosztu w cenie oferty.
Jednocześnie prośba o doprecyzowanie, że moduł LIS ma być tylko dla instalowanego analizatora do moczu (prośba o podanie ilości stanowisk do obsługi LIS).

Odp. Wykonawca ma dostarczyć wraz z analizatorem do moczu oprogramowanie LIS