

- Pkt. 13- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z pamięcią 150 godzin trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich monitorowanych parametrów? Jest to wystarczający czas do retrospektywnej analizy stanu zdrowia pacjenta.

ODP. TAK

- Pkt. 14- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z funkcją wyświetlania odcinków krótkich trendów parametrów monitorowanych z możliwością ich wyboru w zakresie 0-120 minut bez możliwości regulacji rozdzielczości?

ODP. TAK

- Pkt. 17- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający 3 wbudowane porty USB umożliwiające podłączenie myszki oraz klawiatury komputerowej oraz umożliwiające rozszerzenie pamięci kardiomonitora poprzez podłączenie nośnika typu pendrive.

ODP. TAK

- Pkt. 20- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy, który posiada zaprogramowane fabrycznie 6 konfiguracji monitora oraz możliwość dowolnego zaprogramowania bieżącego ekranu z funkcją zapamiętywania ustawień kardiomonitora ? Możliwość konfiguracji ekranów nie ma w tym przypadku zastosowania, gdyż użytkownik już ma w pamięci na stałe zaprogramowane najczęściej stosowane konfiguracje przez co nie musi tracić czasu na ich ponowne ustawianie.

ODP. TAK

- Pkt. 27- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor mogący pracować w temperaturze 0-40°C oraz w wilgotności względnej 15- 85 %?

ODP. TAK

- Pkt. 32- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający algorytm analizy arytmii z wykrywaniem 13 kategorii arytmii?

ODP. TAK

- Pkt. 39- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający opóźnienie alarmu bezdechu regulowane w zakresie 10-40 sekund? Alarm bezdechu po upływie 40 sekund jest już poważnym zagrożeniem życia pacjenta.

ODP. TAK

- Pkt. 44, 45- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego w 3 trybach:

- ręcznym
- ciągłym (pomiar przez 5 minut)
- automatycznym (interwał 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480 minut)

przy zakresie pomiarowy 10-270 mmHg? Jest to wystarczający zakres do monitorowania stanu zdrowia wszystkich grup wiekowych pacjentów.

ODP. TAK

- Pkt. 47- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej kardiomonitor nie . posiadający funkcji „stazy”? Takie rozwiązanie jest mało komfortowe dla pacjenta gdyż powoduje ucisk mankietu na ramię pacjenta przez dłuższy czas.

ODP. TAK

- Pkt. 55- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej kardiomonitor z modulem pomiarowym SpO2 odpornym na zakłócenia oraz artefakty ruchowe posiadający zakres pomiarowy PR 20-300 bpm? Jest to wystarczający zakres do monitorowania stanu zdrowia wszystkich grup wiekowych pacjentów.

ODP. TAK

11.- Pkt. 61- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor nie posiadający możliwości regulacji przepływu próbki ?

ODP. TAK

12.- Pkt. 69- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający moduł transportowy z ekranem dotykowym o przekątnej 4,3" posiadający stosowne certyfikaty potwierdzające odporności urządzenia na wstrząsy i upadki. Moduł wyposażony w torbę transportową umożliwiającą zwiększenie czasu pracy do 4 godzin oraz możliwość ładowania w karetce- 1 szt. na wszystkie kardiomonitor + możliwość ładowanie 220v.

ODP. TAK

13.- Pkt. 83- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy stanowisko centralnego monitorowania posiadające możliwość nadzorowania do 32 kardiomonitorów?

ODP. TAK