

1. Ad. 13. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zapamiętywaniem i wyświetlaniem 120 godzinnych trendów graficznych i tabelarycznych?

Odp. **NIE**

2. Ad. 15. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zapamiętywaniem 100 epizodów arytmii z zapisem krzywych EKG z okresu do 32 sekund?

Odp. **NIE**

3. Ad. 16. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z napędem kart pamięci zewnętrznej typu Compact Flash?

Odp. **TAK**

4. Ad. 39. Wymagana maksymalna wartość ustawiania czasu bezdechu 60 s (1 oddech na minutę!) oznacza, że kardiomonitor będzie zbyt późno sygnalizował stan alarmowy wymagający interwencji lekarza. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści kardiomonitor z opóźnieniem alarmu bezdechu regulowanym w zakresie do 10 do 40 s?

Odp. **TAK**

5. Ad. 44. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru ciśnienia NIBP od 10 do 270 mmHg?

Odp. **TAK**

6. Ad. 45. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z automatycznym pomiarem w określonych odstępach czasu do wyboru spośród: 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20; 30; 60; 90; 120; 180; 240; 480 min?

Odp. **TAK**

7. Ad. 55. Zgodnie i dokumentacją firmy Covidien właściciela technologii pulsoksymerii Nellcor posiada ona zakres pomiarowy częstości pulsu od 20 do 300 P/min. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiarowym pulsu od 20 do 300 P/min?

Odp. **TAK**

8. Ad. 61. Funkcja wyboru różnych prędkości przepływu próbki nie jest zaletą urządzenia - wynika z jego niedoskonałości. Niektórzy producenci układów pomiarowych kapnografii wprowadzają różne prędkości próbkowania ze względu na ograniczenia pomiarowe swojej technologii przy wolnym próbkowaniu. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z jedną prędkością przepływu próbki tj. 50 ml/min spełniającą wszystkie pozostałe wymagania dotyczące tego modułu?

Odp. **TAK**

9. Ad. 72. Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą z historią 20 000 monitorowanych pacjentów?

Odp. **NIE**

10. Ad. 74. Czy Zamawiający dopuści centralą monitorującą z zapisem 720 zdarzeń alarmowych dla każdego monitorowanego stanowiska?

Odp. **NIE**

11. Ad. 83. Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą z możliwością monitorowania do 32 stanowisk i z możliwością podłączenia do 64 stanowisk?

Odp. **TAK**

12. Ad. 84. Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą i podtrzymaniem zasilania elektrycznego UPS na 30 minut?

Odp. **NIE**