

1. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia w zakresie pakietu nr 2 oraz 5 do 4 tygodni od podpisania umowy? Wydłużenie terminu realizacji zamówienia pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów, a tym samym przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odp. **NIE**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 5 ssaków elektrycznych do oddzielnego pakietu? Wydzielenie urządzeń pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów, a tym samym przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odp. **NIE**

Pak Nr 2- Defibrylator – 6 sztuk

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z energią wyładowań w trybie dla dorosłych 150-360J oraz w trybie dzieci 40-90J?

Odp. **TAK**

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z opornością w zakresie 25-300 Ohm?

Odp. **TAK**

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z możliwością zapisu 50h danych?

Odp. **TAK**

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z baterią Li-ion 14.4 VDC z możliwością wielokrotnego ładowania?

Odp. **TAK**

5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z baterią LiSO₂ 12 VCC i żywotności 5 lat?

Odp. **TAK**

6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, którego waga nie przekracza 3 kg wraz z oprzyrządowaniem?

Odp. **TAK**

7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o wymiarach 350 mm x 260 mm x 300 mm?

Odp. **TAK**

Pak Nr 5- Ssak elektryczny – 4 sztuki, mankiety do szybkiego toczenia płynów – 4 sztuki, podgrzewacz do płynów – 4 sztuki

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o mocy 85W?

Odp. **TAK**

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny, którego wydajność robocza mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny wynosi 20 l/min ? Nadmieniamy, iż nasz ssak posiada możliwość precyzyjnego doboru wydajności ssania co pozwala na dostosowanie siły ssania do potrzeb personelu medycznego w tym także na poziomie 18 l/min. Zapis ten nie znajduje uzasadnienia od strony praktycznej i ma na celu jedynie sztuczną blokadę parametrów technicznych innych czołowych producentów sprzętu medycznego.

Odp. **TAK**

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny z szerokim zakresem podciśnienia z możliwością płynnej regulacji w zakresie od 0 do 80 kPa? Użytkownik ma możliwość zastosowania podciśnienia w zakresie od 0 do 80kPa, a zatem może zastosować w zależności od swoich potrzeb także podciśnienie na poziomie 75 kPa. Zapis ten nie znajduje uzasadnienia od strony praktycznej i ma na celu jedynie sztuczną blokadę parametrów technicznych innych czołowych producentów sprzętu medycznego.

Odp. **TAK**

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o wymiarach 390x280x150 mm?

Odp. **TAK**