

Pakiet Nr 2 – Defibrylator 6szt.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności półautomatyczny AED Plus firmy ZOLL Medical Corporation (USA), światowego lidera w produkcji defibrylatorów, o podanych niżej parametrach :

LP	Parametry techniczne
1.	Defibrylator półautomatyczny
2.	Zasilanie bateryjne, baterie ogólnodostępne w handlu – minimum 300 defibrylacji, min.5 lat
3.	Możliwości defibrylacji dorosłych i dzieci poniżej 8 roku życia, osobny protokół energetyczny dla dorosłych i dla dzieci / automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonych elektrod i zmiana energii defibrylacji bez wykorzystania elementów pośredniczących
4.	Aparat odporny na: - działanie kurzu i wilgoci (min. Klasa IP55 wg IEC 529) - niską i wysoką temperaturę (praca w min. 0-50°C, przechodzenie -20 do +60°C) - uderzenia i wstrząsy (minimum spełnienie wymogów norm IEC 68-2-27; 100G)
5.	Ciężar aparatu max 3,5kg
6.	Dwufazowa fala defibrylacji
7.	Energia maksymalna defibrylacji 200J
8.	Możliwość programowania poziomów energii
9.	Defibrylacja przy pomocy elektrod jednorazowych naklejanych na klatkę piersiową
10.	Ekran typu LCD: - wyświetlanie krzywej EKG - wyświetlanie liczby wykonywanych defibrylacji i komunikatów tekstowych
11.	Funkcja codziennego automatycznego testu
12.	Stale widoczny wskaźnik sprawności aparatu, nie wymagający włączenia urządzenia
13.	Pamięć wewnętrzna z możliwością bezprzewodowej transmisji danych do komputera
14.	Elektrody samoprzylepne 2szt./defibrylator okres przydatności 24 miesiące od daty produkcji
15.	Komunikaty tekstowe i głosowe wskazujące wszystkie kroki kompletnego algorytmu BLS / AED, zgodnie z „Wytycznymi 2010” Europejskiej Rady Resuscytacji
16.	Certyfikat CE i deklaracja zgodności CE
17.	Okres gwarancji dla defibrylatora min. 48 miesięcy
18.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

Odp. TAK