

Dotyczy pak. 4

1. Czy zamawiający dopuści do przetargu pompy o stałej maksymalnej prędkości podaży bolusa wynoszącej:
 - dla strzykawki o poj. 20ml = 399,9 ml/h
 - dla strzykawki o poj. 50ml = 1200,0 ml/h ?

Odp. **TAK**

2. Czy określając wymóg napisów na wyświetlaczu w języku polskim zamawiający miał na myśli również opisy klawiszy w języku polskim?

Odp. **NIE**

3. Prosimy o doprecyzowanie, czy pompa powinna być wyposażona w uchwyt do mocowania drenu, co zabezpiecza przed niepożądanym „wyrwaniem” strzykawki w trakcie pracy pompy ?

Odp. **NIE**

4. Czy zamawiający będzie wymagał, aby pompa charakteryzowała się stałą prędkością przepływu dla KVO wynoszącą 0,5ml/godz.?

Odp. **NIE WYMAGA**