

Dotyczy pak. 4

1. Czy zamawiający dopuści do przetargu pompy o stałej maksymalnej prędkości podaży bolusa wynoszącej:
 - dla strzykawki o poj. 20ml = 600,00 ml/h
 - dla strzykawki o poj. 50ml = 2200,00 ml/h ?

Odp. **TAK**