

Dot. przetargu na SAMOCHÓD SANITARNY Z WYPOSAŻENIEM znak sprawy 04/2013

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans posiadający Częściowo przeszkloną ściankę działową oddzielającą kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażoną w otwierane okno i drzwi - zgodnie z wymogami normy PN EN 1789. Drzwi przesuwane na płaszczyźnie przegrody od strony przedziału medycznego?

Odp. Nie, Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych wymogów w tym zakresie opisanych w SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans nie posiadający możliwości elektronicznej regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu doładowania zespołu akumulatorów gdy ambulans nie jest w ruchu. Panel sterujący tą funkcją umieszczony na kokpicie kierowcy w łatwo dla niego dostępnym miejscu?

Pragniemy nadmienić iż ambulans, który chcemy zaoferować posiada wzmocniony alternator oraz akumulator , który bezproblemowo ładuje akumulatory podczas standardowej pracy silnika bez potrzeby zwiększania jego obrotów.

Odp. Nie, Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych wymogów w tym zakresie opisanych w SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans, który posiada całą wzmocnioną lewą ścianę umożliwiającą montaż sprzętu w dowolnym miejscu zamiast dwóch szyn z trzema panelami?

Odp. Nie, Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych wymogów w tym zakresie opisanych w SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w lawetę pod nosze główne z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga podczas transportu pacjenta (funkcja sterowana elektrycznie lub mechanicznie), bez możliwości elektrycznej płynnej regulacji przez jedną osobę wysokości lawety po jej wysuwie na zewnątrz przedziału medycznego z możliwością jej zablokowania na dowolnie ustawionym poziomie ułatwiającym bezpieczne i ergonomiczne wprowadzanie i wyprowadzanie noszy?

Pragniemy nadmienić, iż opisana laweta jest produkowana tylko przez jednego producenta ambulansów firmę WAS-Wietmarscher przez co Zamawiający naraża się na brak konkurencyjności ofert w postępowaniu.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza gorszej funkcjonalności lawety niż opisana w SIWZ a według wiedzy Zamawiającego funkcja elektrycznego sterowania wysokością lawety jest stosowana przez większość czołowych producentów ambulansów w Europie właśnie ze względu na swą funkcjonalność.

5. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności deskę ortopedyczną spełniającą wszystkie wymogi określone w siwz, wyposażoną w 14 dużych uchwytów do przenoszenia?

Odp. Tak