

oznaczenie sprawy : 05/2013 OPATRUNKI

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić gazę opatrunkową, kompresy i serwety sterylizowane metodą radiacyjną?

Odp. Tak

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu 1 poz. 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający pisząc kompresach 5x5 cm 12 –warstw. I 7,5x 7,5 cm 16 –warstw. Miał na myśli kompresy niejadalowe?

Odp. Tak

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu 1 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania serwet operacyjnych nie poddawanych procesowi prania wstępnego.

Gaza z której wykonane są serwety powinna spełniać wymagania normy PN EN 14079, która określa minimalne progi między innymi chłonności i szybkości wchłaniania cieczy. Gaza bawełniana jest materiałem zaprojektowanym w celu jak najwyższej i jak najszybszej absorpcji płynów. Proces prania wstępnego oraz suszenia według naszej najlepszej wiedzy obniża walory użytkowe włókien bawełnianych.

Pranie wstępne odbywa się w pralnicach bębnowych z dodatkiem substancji znacznie zmniejszającej współczynnik PH – zmiękczejacej i zakwaszającej wodę.

Proces suszenia w suszarce bębnowej może w sposób niekorzystny wpłynąć na włókna bawełniane, w trakcie tych procesów dochodzi bowiem do rozplątania włókien bawełnianych, co w efekcie przyczynia się do zwiększenia pylenia oraz podnosi ryzyko wysnuwania się pojedynczych włókien bawełny.

Uzyskana w procesie prania wstępnego i suszenia niejednorodność powierzchni serwety pozornie tylko zwiększa jej miękkość, uszkodzenie włókien bawełnianych w trakcie dwóch wspomnianych procesów zapewniających nienaturalne lecz trwałe zniekształcenie nitek gazy jest ewidentnym dowodem na obniżenie walorów użytkowych.

Zarówno badanie chłonności jak również czasu absorpcji cieczy zgodnie z wymaganiami normy PN EN 14079 odbywa się bezpośrednio po procesie produkcyjnym czyli uszyciu serwety, pranie i suszenie nie jest standaryzowanym elementem tego procesu, wpływa niekorzystnie na jakość włókien bawełnianych.

Zastosowana w procesie prania wstępnego woda zmiękczona podnosi odczyn kwaśności (PH) wyrobu, który powinien po procesie produkcji pozostawać na poziomie neutralnym zbliżonym do PH organizmu ludzkiego aby w trakcie stosowania wyrób nie powodował denaturacji tkanek z którymi ma kontakt w trakcie użytkowania.

Przytaczane niejednokrotnie pozorne zwiększenie chłonności jest efektem rozplątania włókien bawełnianych oraz wchłanianiem przez przestrzenie między-włóknowe. Chłonność dla gazy wytworzonej zgodnie z EN 14079 powinna wynosić nie mniej niż 6 gramów dla ustalonej wielkości próbki czyli dla 1 g gazy, w przypadku gazy wytworzonej w prawidłowych warunkach wyprodukowanej z właściwego jakościowo surowca ten współczynnik przekracza 11 gramów dla ustalonej wielkości próbki. Serwety operacyjne będące według deklaracji większości wytwórców

chirurgicznymi inwazyjnymi wyrobami medycznymi powinny być produkowane w warunkach ściśle kontrolowanej czystości powierzchni oraz powietrza, w tzw. „clean roomach” czyli pomieszczeniach spełniających według EN 14644 wymagania znacznie podwyższonego reżimu sanitarnego.

Wyroby wykonane w takich warunkach muszą spełniać odpowiednie wymagania dotyczące czystości mikrobiologicznej dla wyrobów niejałowych, która powinna być badana i dokumentowana dla każdej partii wyrobów bez konieczności stosowania dodatkowych zabiegów w postaci prania. Konieczność wyprania serwety po procesie produkcji przed wprowadzeniem jej do obrotu może dawać wiele do myślenia o warunkach, w jakich takie wyroby są wytwarzane, skoro według wytwórcy muszą one być poddawane praniu.

Odp. Tak

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu 8 poz. 6

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić pozycję z Pakietu i utworzyć z niej odrębne zadanie? Zwiększy to niewątpliwie konkurencyjność postępowania.

Odp. Nie

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu 8 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić przyłepce taśmowe 9cmx50cm i ręczniki celulozowe 30cmx40cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu 8 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić serwetę operacyjną (podkład pod kończynę) 150cmx150cm, przyłepce taśmowe 9cmx50cm i ręczniki celulozowe 30cmx40cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu 8 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić zestaw do chirurgii biodra w składzie:

- serweta na stół instrumentariuszki- ilość 1, 140cmx190cm
- serweta na stół Mayo – ilość 1, 80cm-145cm
- serweta samoprzylepna z wycięciem „U” do chirurgii biodra – ilość 1, 200cmx260cm
- serweta – ilość 1, 75cmx90cm
- serweta – ilość 1, 150cmx150cm
- serweta samoprzylepna – ilość 1, 170cmx300cm
- osłona na kończynę – ilość 1, 35cmx120cm
- taśma samoprzylepna – ilość 2, 9cmx50cm
- ręcznik – ilość 4, 30cmx40cm

Odp. Tak

Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu 8 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić zestaw do artroskopii stawu kolanowego w składzie:

- serweta na stół instrumentariuszki- ilość 1, 140cmx190cm
- serweta na stół Mayo – ilość 1, 80cm-145cm
- serweta do artroskopii stawu kolanowego, z torbą na płyny z zaworem, uchwytem mocującym i 2 elastycznymi otworami – il. 1, 200cmx320cm
- serweta pod kończynę – il. 1, 150cmx150cm
- osłona na kończynę – il. 1, 25cmx80cm
- taśma samoprzylepna – ilość 2, 9cmx50cm
- ręcznik – ilość 4, 30cmx40cm

Odp. Tak

Pakiet 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową, bawełnianą, kopertową sterylizowaną tlenkiem etylenu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

Pakiet 1 pozycja 2

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Nie

Pakiet 1 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17N, 12- warstwowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

Pakiet 1 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne bez tasiemki, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

Pakiet 3 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści watę o zawartości bawełny 50%?

Odp. Tak

Pakiet 8 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stół instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2- warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stół Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 150 x 180cm

Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

Serweta 2-warstwowa, samoprzylepna.

1 x Serweta o wym. 150 x 240cm

Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Serweta o wym. 75 x 90cm

Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odp. Tak

Pakiet 8 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm

Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łata chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x 50cm i 2oma organizernami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm

Torebka z przezroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniającym się o wym. 6x8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi, z 2ma przylepcami w przedniej części służące do ufiksowania torebki, portem do odsysania treści w dolnej części worka, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1 x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14 x 250cm.

Pokrowiec z przezroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem

1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

2x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do

wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania
- opakowanie typu TYVEC.

Odp. Tak

Pakiet 8 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm

Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łata chłonną o wym. 80x30cm i 2oma organizernami na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O,

wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 300cm

Serweta samoprzylepna z łata chłonna o wym. 80x30cm i pojedynczym organizernem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu.

Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 180cm

Serweta z włókniny, samoprzylepna

1 x Nogawica o wym 5 x 120 cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania
- opakowanie typu TYVEC.

Odp. Tak

Pakiet 8 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1x Serweta na stół instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stół Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm

Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łata chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min 75x50cm i 2oma organizery na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14 x 250cm.

Pokrowiec z przezroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem

1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

2x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odp. Tak

Pakiet 8 pozycja 5 a, b

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarach 50x75cm z otworem 7cm?

Odp. Tak

Pakiet 8 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane techniką podwójnego szwu?

Odp. Tak

Pakiet nr 8.

Pozycja 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do artroskopii kolana wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2, odporność na penetrację płynów > 150cm H2O, pozostałe parametry spełnione.

Odp. Tak

Pakiet nr 1, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne wykonane z gazy 17 nitkowej, które nie zostały poddane procesowi prania wstępnego?

Odp. Tak

Pakiet nr 8, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z materiału o gramaturze min. 35g/m2 z jednoczesnym wyłączeniem tej pozycji do odrębnego pakietu? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej cenowo i jakościowo oferty.

Odp. Tak bez wyłączenia z pakietu

Wzór umowy, §1, pkt. 2:

Prosimy o określenie jaki procent ilości wyrobów określonych w umowie zostanie na pewno zamówiony przez Zamawiającego?

Odp. Nie określa

Wzór umowy, §3, pkt. 5:

Czy Zamawiający odstąpi od poniższego zapisu umowy?

Odp. Nie

Wzór umowy, §4, pkt. 1:

Czy Zamawiający odstąpi od poniższego zapisu umowy, lub dopuści możliwość jednorazowego przekazania dokumentów dopuszczających wyroby przed podpisaniem umowy?

Odp. Nie

Wzór umowy, §6, pkt. 1:

W związku z ustawą z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 139 poz. 1323 z późn. zmian.) oraz z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o

finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 249 poz.2104 z późn. zmian.) prosimy o zmianę warunku, poprzez wprowadzenie jako obowiązującego terminu płatności w wymiarze 30 dni.

Odp. Nie

Wzór umowy:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Tak po uzyskaniu zgody od Zamawiającego

Wzór umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp. Tak


SIWZ: Pkt 2.3.1

Czy Zamawiający w postępowaniu, gdzie wymagane są wyroby medyczne a nie środki farmaceutyczne odstąpi od wymogu załączenia do oferty aktualnego zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, gdyż ani ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) ani jakakolwiek inna ustawa, nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub sprzedaży wyrobów medycznych?

Odp. Tak

Zapytanie 1, Dotyczy Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie pola operacyjnego jednorazowego użytku, uniwersalne:




1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej	90x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	175x175	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stół MAYO	79x145	1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Zestaw wykonany jest z chłonnego nieprzemakalnego laminatu czterowarstwowego (strefa krytyczna), oraz laminatu trójwarstwowego w pozostałej części. Serwety główne charakteryzują się: wysoką odpornością na przenikanie cieczy 900 cm H₂O; wysoką wytrzymałość na wypychanie – na sucho (strefa krytyczna) 290 kPa – na mokro (strefa krytyczna) 170 kPa. Zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej normy PN EN 13795-1, 2, 3 WYMAGANIA WYSOKIE. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w cztery metki (przylepne zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób)).

Odp. Tak

Zapytanie 2, Dotyczy Pakiet 8 poz. 2

Czy zamawiający dopuści zestaw do artroskopii barku wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 63 g/m². Odporność na przenikanie cieczy 162 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 180 kPa, na mokro 158 kPa, absorpcja (warstwa włókninowa) 650 %?




1. serweta chirurgiczna górna o wymiarach 200x150 cm, z wycięciem U o wymiarach 50x10 cm z taśmą samoprzylepną	200x150	1
2. serweta chirurgiczna dolna z taśmą samoprzylepną	220x180	1
3. osłona na kończyne	37x75	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	2
5. ręczniki chłonne	30x40	2
6. osłona na stół MAYO	79x145	1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x180	1

Odp. Tak

Zapytanie 3, Dotyczy Pakiet 8 poz. 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do zabiegów chirurgii stawu biodrowego wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 63 g/m². Odporność na przenikanie cieczy 162 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 180 kPa, na mokro 158 kPa, absorpcja (warstwa włókninowa) 650 %?



1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 150x240 cm	150x240	1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x290 cm z wycięciem U o wymiarach 9x100 cm z taśmą samoprzylepną	200x290	1
3. serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną	175x180	1
4. serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną	150x240	1
5. osłona na kończyne	37x105	1
6. taśmy samoprzylepne	9x49	3
7. ręczniki chłonne	30x40	4
8. osłona na stół MAYO	79x145	1
9. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x200	1

Odp. Tak

Zapytanie 4, Dotyczy Pakiet 8 poz. 4

Czy zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 63 g/m² w strefie mniej krytycznej oraz laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 63 g/m² i folii PE grubości 0,08 mm w strefie krytycznej wyrobu. Odporność na przenikanie cieczy 359 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho >180 kPa, na mokro >158 kPa, absorpcja (warstwa włókninowa) 1140 %?



1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220x320 cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 60x75 cm z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów o wymiarach 80x80 cm z możliwością dwustronnego podłączenia drenu	220x320	1
2. osłona na kończyne	37x75	1
3. taśmy samoprzylepne	9x49	2
4. ręczniki chłonne	30x40	2
5. osłona na kamerę	16x200	1
6. przewód drenażowy	Ø 0,8x100	1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x180	1

Odp. Tak

Zapytanie 5, Dotyczy Pakiet 8 poz. 5 a i b

Czy zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną dwuwarstwową o gramaturze 63 g/m² w rozm. 50x60 z otworem 7 cm. Odporność na przenikanie cieczy 162 cm H₂O, Absorpcja (warstwa włókninowa) 650%?

Odp. Tak

Zapytanie 6, Dotyczy Pakiet 8 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuch chirurgiczny-do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m²; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się niskim poziomem pylenia. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

Odp. Tak

Zapytanie 7 Dotyczy projektu umowy§6

Zwracamy się z prośbą o o zmianę zapisów zawartych w § 6 ust. 1 umowy tak, aby termin płatności był określony od daty wystawienia faktury.

Odp. Nie

Zapytanie 8 Dotyczy projektu umowy§9

Wnosimy o modyfikację § 9 Kary umowne pkt. 1

„Zamawiający ma prawo żądać kary umownej – w wysokości 0,1% wartości brutto niewykonanej części dostawy, za każdy dzień zwłoki.”

Odp. Nie

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert do 20.02.2013r godz. składania i otwarcia nie ulegają zmianie