

**Znak sprawy 11/2014r**

**Pyt Nr 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 w pozycji 1 dopuści rurki intubacyjne marki Covidien z mankietem niskociśnieniowym wysokoobjętościowym ( taka konstrukcja mankieta zapewnia szczelność przy niskich ciśnieniach wypełnienia mankieta, co daje pewien margines bezpieczeństwa na wzrost ciśnienia spowodowany dyfuzją gazów z zachowaniem zewnętrznej kontroli tego ciśnienia ), dedykowane do standardowej długości zabiegów operacyjnych, nie posiadające systemu typu Soft-Seal, Lanz lub Fome Cuff, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Rurki takie są obecnie z powodzeniem stosowane w szpitalu.

**Odp. Dopuszcza**

**Pyt Nr 2**

**Pak.36**

1.Czy Zamawiający w poz. 2, 3 zamiast układów wielorazowych dopuści jednorazowe/jednopacjentowe układy kompatybilne z pracującymi na oddziale Zamawiającego respiratorami Wave 200 i Wave 500?

Zaoferowane układy mogą być stosowane do 7 dni. W komplecie 2 rury o średnicy 22mm, dł.1,6 m, łącznik Y z portami: 1 port o średnicy 7,6 mm ,drugi port z kolankiem i linią monitorującą ciśnienie o dł. 1,8 m, kapturek zabezpieczający w komplecie. Możliwość podłączenia czujnika temperatury i czujnika do pomiaru ciśnienia w obwodzie oddechowym. Otwory kompatybilne czujnikami temperatury firmy Fisher&Paykel.

Podkreślamy, że pozytywna odpowiedź na w/w pytanie jest bardzo korzystna dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym, ponieważ cena układu wielorazowego jaki mógłby być zaoferowany odpowiada cenie > 150 szt. układów jednorazowych.

Czy Zamawiający zmieni ilość potrzebnych mu układów?

**Odp. Tak jak w SIWZ**

2. Czy Zamawiający w poz. 2, 3 zmodyfikuje na poz. nr 1 układy jednorazowe/jednopacjentowe układy kompatybilne z pracującymi na oddziale Zamawiającego respiratorami Wave 200 i Wave 500?

Zaoferowane układy mogą być stosowane do 7 dni. W komplecie 2 rury o średnicy 22mm,dł.1,6 m, łącznik Y z portami: 1 port o średnicy 7,6 mm ,drugi port z kolankiem i linią monitorującą ciśnienie o dł. 1,8 m, kapturek zabezpieczający w komplecie. Możliwość podłączenia czujnika temperatury i czujnika do pomiaru ciśnienia w obwodzie oddechowym. Otwory kompatybilne czujnikami temperatury firmy Fisher&Paykel.

Podkreślamy, że pozytywna odpowiedź na w/w pytanie jest bardzo korzystna dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym, ponieważ cena układu wielorazowego jaki mógłby być zaoferowany odpowiada cenie > 150 szt. układów jednorazowych.

Czy Zamawiający zmieni ilość potrzebnych mu układów?

**Odp. Tak jak w SIWZ**

3. Czy Zamawiający w poz. nr 1 dopuści worek 1 i 2 l, do wyboru przez Zamawiającego zamiast worka 1,5l?

**Odp. Tak**

4. Czy Zamawiający w poz. nr 6 wymaga układu jednorazowego/jednopacjentowego kompatybilnego z pracującymi na oddziale Zamawiającego respiratorami Wave 200 i Wave 500?

Zaoferowane układy mogą być stosowane do 7 dni. W komplecie 2 rury o średnicy 22mm, dł. 1,6 m, łącznik Y z portami: 1 port o średnicy 7,6 mm, drugi port z kolankiem i linią monitorującą ciśnienie o dł. 1,8 m, kapturek zabezpieczający w komplecie. Możliwość podłączenia czujnika temperatury i czujnika do pomiaru ciśnienia w obwodzie oddechowym?

**Odp. Tak**

**Pak.42**

5. Czy Zamawiający dopuści łączniki różnego rodzaju do układów oddechowych mikrobiologicznie czyste?

**Odp. Tak**

**Pak. 45, tabela 2 poz. 1 i 2**

6. Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe:

- jednorazowego użytku (zważywszy na to, że nie ma w ofercie rynkowej wąsów wielorazowego użytku)
- Pakowane w opakowanie folia-folia
- z drenem łączącym ze źródłem tlenu o długości 180 cm
- mikrobiologicznie czyste
- zakładane za uszy pacjenta w sposób, który eliminuje konieczność dodatkowego posiadania gumki mocującej do głowy chorego
- z dwoma rozstawami wąsów: dla dzieci i dorosłych
- pozostałe parametry zgodnie z siwz?

**Odp. Tak**

**Pak.45 , tabela nr 3**

7. Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową, wyposażoną w nowoczesne technologiczne rozwiązanie zapewniające szczelność i brak przecieków w postaci elastomerowego, miękkiego mankietu zamiast blaszki dopasowującej część nosową maski do twarzy pacjenta? Czy Zamawiając wymaga, aby maska tlenowa posiadała miękkie, elastomerowy mankiety szczelnie przylegający do twarzy?

**Odp. Tak**

**Dotyczy: zapisów SIWZ**

1. Ad pkt. 1 ppkt. 1

W związku z żądaniem przez Zamawiającego próbek, uprzejmie prosimy o możliwość nie dostarczania wraz z ofertą próbek produktów, które są znane Zamawiającemu.

**Odp. Nie**

2. Ad pkt 6 pkt 1 SIWZ

Prosimy o dostosowanie treści SIWZ do obecnie obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 38 ww. ustawy, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Ad pkt 11 SIWZ, ppkt 1.F)

Zamawiający w ww. punkcie powołuje się na załącznik nr 7, którego SIWZ nie zawiera. Czy Zamawiającemu chodzi o dołączenie do oferty oświadczenia, że Wykonawca posiada dla oferowanego przedmiotu zamówienia dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku?

**Odp. Tak**

**Dotyczy: wzór umowy, załącznik nr 3 do SIWZ**

3. Dotyczy § 2 wzoru umowy  
Prosimy o zmianę terminu dostawy na 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.  
**Odp. Tak**
4. Dotyczy §4 ust 1 wzoru umowy  
Wnosimy o skrócenie terminu zapłaty za towar z 90 dni na 60 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r.  
**Odp. Nie**
5. Prosimy o modyfikację §4 ust. 4 wzoru umowy na następujący:  
*„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”*  
**Odp. Nie**
6. Ad § 5 ust. 2  
Prosimy o dookreślenie, że ograniczenie nabywanych produktów nie przekroczy 20% wartości umowy.  
**Odp. Nie**
7. Ad § 5 ust. 3  
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:  
*Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy poprzez wydłużenie czasu jej trwania w sytuacji, gdy umowa nie zostanie w całości wykonana. Wydłużenie czasu wymaga zgody obu stron.*  
**Odp. Tak**
8. Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:  
*Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszania jej postanowień przez Wykonawcę, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń.*  
**Odp. Nie**
9. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu przydatności towaru w §6 na min. 12 miesięcy od daty Dostawy lub co najmniej 2/3 terminu ważności wyznaczonego przez producenta od daty dostawy, gdyż nie każdy sprzęt jednorazowego użytku posiada termin przydatności dłuższy niż 24 miesiące od daty produkcji.  
**Odp. Tak**
10. Ad § 7 ust. 1  
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:  
*Za szkody zawinione przez Wykonawcę, powstałe na majątku Zamawiającego w czasie dostaw odpowiada Wykonawca, a także za reklamacje jakościowe (rekojmia za wady ukryte) na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.*

Przeniesienie odpowiedzialności na Wykonawcę za szkody inne, niż zawinione przez niego powoduje powstanie niewspółmiernego ryzyka po stronie Wykonawcy.  
Zmodyfikowanie zapisów umowy w sposób przedstawiony powyżej wydaje się być nieodzowne, biorąc pod uwagę konieczność zachowania zasady równości stron

sformułowaną w przepisach art. 7 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 353<sup>1</sup> k.c. oraz art. 5 k.c.. Ponadto, samoistnym źródłem zobowiązania Wykonawcy, według kodeksu cywilnego, jest fakt wyrządzenia szkody, za którą przepisy ustawy czynią kogoś odpowiedzialnym. W art. 471 k.c., o następującym brzmieniu: „*dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi*”, Kodeks przewiduje **odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (tzw. odpowiedzialność kontraktową)**. Przy odpowiedzialności kontraktowej wyrządzenie szkody następuje w ramach istniejącego stosunku zobowiązaniowego, w związku z tym osoby trzecie nie mogą być uprawnione do występowania z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio przeciwko Wykonawcy. Takie uprawnienie będzie miał natomiast Zamawiający, w przypadku wyrządzenia osobom trzecim przez Wykonawcę szkody w wyniku zawinonego nienależytego wykonania umowy.

W wypadku pozostawienia przedstawionych wyżej zapisów projektu umowy w pierwotnej wersji, dojdzie do naruszenia powołanych przepisów prawa. Zamawiający ułożył bowiem stosunek zobowiązaniowy sprzecznie z naturą tego rodzaju umów (sprzedaż/dostawa), nadużywając przy tym dominującej pozycji, jako jednej ze stron. Mając na uwadze uchwałę składu 7 sędziów SN z dnia 22 maja 1991 r. (III CZP 15/91, OSNCP 1992/1/1) mówiącą iż: „*W tym stanie rzeczy za sprzeczne z naturą umowy gospodarczej należy uznać pozostawienie w ręku jednej tylko strony możliwości dowolnej zmiany jej warunków. Sprzeczność ta występuje szczególnie wyraźnie zwłaszcza przy umowach zawieranych nie w oparciu o indywidualne pertraktacje, ale w oparciu w regulamin wydany przez profesjonalistę, skoro jest oczywiste, że zawsze jest on zainteresowany w najkorzystniejszym dla siebie ukształtowaniu regulacji masowo zawieranych umów*”.

**Odp. Nie**

11. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu załatwienia reklamacji w §7 ust. 2 na 5 dni roboczych

**Odp. Tak**

12. Dotyczy § 8 ust. 1 wzoru umowy:

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,1% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki.

**Odp. Nie**

13. Dotyczy § 8 ust. 5 wzoru umowy:

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

Jeżeli Wykonawca dwukrotnie dostarczy towar ze zwłoką powyżej 10 dni roboczych, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy (tj. pakietu lub pakietów), a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanych dostaw.

**Odp. Nie**

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a CH 6 z balonem 3ml?

**Odp. Nie**

Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a CH 8-10 z balonem 3-5ml?

**Odp. Nie**

Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z balonem 5-15ml lub 30-45ml?

**Odp. Tak**

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z standardowym niskociśnieniowym mankietem?

**Odp. Tak**

Pakiet 16, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę
- Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej). Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika. Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem
- Łącznik do cewnika epiduralnego
- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatraskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała
- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?

**Odp. Tak**

Pakiet 37, pozycja 1-8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Tak**

Pakiet 45, tabela 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści dreny tlenowe jednorazowego użytku w opakowaniu foliowym?

**Odp. Tak**

Pakiet 45, tabela 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci o długości 200cm?

**Odp. Tak**

Pakiet 45, tabela 2, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos z mocowaniem z tyłu głowy?

**Odp. Tak**

Pakiet 45

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na każdą tabelę osobno?

**Odp. Nie**

Pakiet 48

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na każdą tabelę osobno?

**Odp. Nie**

Pakiet 48, tabela 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzer jednostronnie silikonowane?

**Odp. Nie**

Pakiet 48, tabela 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Pezzer niesilikonowany?

**Odp. Nie**

Pakiet 48, tabela 2

Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra niesilikonowane?

**Odp. Nie**

**Paragraf 2**

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 2 zapisu o następującej treści:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

**Odp. Nie**

**Paragraf 7 ustęp 2**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Reklamacje ilościowe i co do zgodności z zamawianym asortymentem mogą być składane w ciągu 7 dni od dostarczenia każdej partii towaru. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji

zamawiającego w terminie do 7 dni, poprzez wymianę wadliwego towaru lub uzupełnienie dostawy.”

**Odp. Nie**

**Paragraf 4 ustęp 1**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za każdą dostarczoną część – partię towaru w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.”

**Odp. Nie**

**Paragraf 4 ustęp 3**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Faktura będzie wystawiona w dniu wysyłki towaru i przekazana Zamawiającemu wraz z towarem .”

**Odp. Nie**

**Paragraf 5 ustęp 5**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszego zapisu z umowy.

**Odp. Nie**

**Paragraf 7 ustęp 3**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:

- . dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu przydatności do użytku,
- . dostarczenie towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem,
- . dostarczenie towaru w nie oryginalnym opakowaniu,
- . gdy sprzęt nie będzie opatrzony etykietą zawierającą nazwę firmy produkującej , datę produkcji, terminu ważności.”

**Odp. Nie**

**Paragraf 8 ustęp 1**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W razie zwłoki w dostarczeniu towaru Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki.”

**Odp. Nie**

**Paragraf 8 ustęp 5**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 10 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy (tj. pakietu lub pakietów) po wcześniejszym wezwaniu do poprawy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości nie zrealizowanych dostaw.”

**Odp. Nie**

**Wzór umowy, §1, pkt. 2:**

Prosimy o określenie jaki procent ilości wyrobów określonych w umowie zostanie na pewno zamówiony przez Zamawiającego?

**Odp. Nie**

**Wzór umowy, §4, pkt. 1:**

W związku z ustawą z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 139 poz. 1323 z późn. zmian.) oraz z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 249 poz.2104 z późn. zmian.) prosimy o zmianę warunku, poprzez wprowadzenie jako obowiązującego terminu płatności w wymiarze 30 dni.

**Odp. Nie**

**Wzór umowy:**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odp. Nie**

**Wzór umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**Odp. Tak**

**Wzór umowy § 2**

Prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 5-7 dni. Bardzo krótki (72 h) termin dostaw przewidziany w SIWZ faworyzuje lokalnych dostawców i tym samym narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

**Odp. Tak**

**Wzór umowy § 4 ust. 1**

Prosimy o skrócenie terminu płatności do 30 lub 60 dni.

**Odp. Nie**



**Pytanie nr 1 dotyczy SIWZ**

Informujemy, że na opakowaniach oferowanych przez nas rękawic diagnostycznych pakowanych po 100 sztuk informacja o dacie produkcji umieszczona jest w serii rękawic, gdzie pierwsze cyfry oznaczają numer zamówienia producenta, a cztery ostatnie – miesiąc oraz rok, w którym rękawice wyprodukowano. Prosimy zatem o odstępnie od wymogu podawania daty produkcji na opakowaniu.

**Odp. Tak**

**Pytanie nr 2 dotyczy §1 ust. 3 wzoru umowy**

Wnosimy o doregulowanie ewentualnej zmiany stawki podatku VAT poprzez modyfikację ww. zapisu i dopisanie, iż zmiany stawki podatku VAT jako obowiązujące z mocy prawa nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy i obowiązują od dnia wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego

**Odp. Tak**

**Pytanie nr 3 dotyczy §2 wzoru umowy**

Prosimy o zmodyfikowanie terminu dostaw tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił 3 dni zamiast 72 godzin. Utrzymanie w mocy terminu dostaw na poziomie 72 godzin może czynić rozbieżność interpretacyjną, czy nawet sprzeczność z §8 ust.1 wzoru umowy, gdzie kara umowna ma być liczona w dniach (Na przykład - czy Zamawiający będzie naliczał karę, gdy termin dostawy wypadnie do godz. 11.00 a dostawa nastąpi o 12.30? - karę wg umowy jest naliczana za każdy dzień zwłoki).

**Odp. Tak**

**Pytanie nr 4 dotyczy §4 ust.1 wzoru umowy**

Prosimy o skrócenie terminu płatności z 90 dni do 60 dni.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy z dn. 28 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013r., poz. 403 ) w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, termin zapłaty nie może przekraczać 60 dni. Zgodnie bowiem z art. 13 ustawy przywołanej wyżej postanowienia umowne wyłączające lub ograniczające ustawowe uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika są nieważne.

**Odp. Nie**

**Pytanie nr 5 dotyczy §8 ust. 5 wzoru umowy**

Prosimy o zmianę §8 ust. 5 wzoru umowy na następujący :

5. Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 10 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy(tj. pakietu lub pakietów), a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości nie zrealizowanych dostaw.

**Odp. Nie**

**Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 3A**

Prosimy o odstępnie od wymogu, by raport z badań dotyczył serii dołączonych próbek (odstępnie od raportu do wyprodukowanej partii zgodnej z dostarczonymi próbkami). Zgodnie z art. 25 ust.1 PZP można żądać tylko dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania a Zamawiający zabezpieczył w pełni swoje racje, gdyż w SIWZ żąda wystarczająco dużo dokumentów oraz

próbek na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada jego oczekiwaniom i jest dopuszczony do obrotu na terenie RP. Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. Jako Wykonawca dostarczymy wraz z ofertą próbki oraz wymagane badanie/dokumenty odpowiednio do oferowanego produktu.

**Odp. Tak**

**Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert do 16.04.2014r, godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.**