

Zal. Nr 1

Pak Nr 1

l.p	Wymogi Zamawiającego –asortyment	Ilość	Cena jed. netto	Cena jed. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent nr katalogowy, typ	Nr certyfikatu + nr str. W ofercie
1	Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki; składająca się z metalowej głowy wewnętrznej o średnicy 22.225 mm w 2 długościach szyjki lub 28mm w 5 długościach szyjki oraz metalowej głowy zewnętrznej posiadającej eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił; dostępna w 23 rozmiarach (39mm - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm oraz w 19 rozmiarach (39mm - 57mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 22.225mm; głowa wewnętrzna pasująca na stożek 12/14.	50						
2	Głowa ceramiczna wykonana z ceramiki BioloX Delta o średnicy 28mm i 32mm w 3 rozmiarach długości szyjki lub głowa ceramiczna o średnicy 36mm w 4 rozmiarach długości szyjki.	50						
3	Wkład Ceramiczny wykonany z ceramiki BioloX Delta o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm lub 36mm. Zewnętrzne średnice wkładów umożliwiają implantację w zakresie 46mm-66mm.	50						
4	Głowa metalowa o średnicy 28mm w 4 rozmiarach długości szyjki lub głowa metalowa o średnicy 32mm w 3 rozmiarach długości szyjki. Opcjonalnie głowa metalowa o średnicy 22.225mm w dwóch długościach szyjki.	50						

Wyżej wymienione elementy muszą być kompatybilne z zakupioną przez Zamawiającego w przetargu protezą bezcementową stawu biodrowego pierwotną trzpień CORAL, panewką PINNACLE, panewką SPIROFIT

Wartość ogółem netto.....

Wartość ogółem brutto.....

Pak Nr 2

l.p	Wymogi Zamawiającego –asortyment	Ilość	Cena jed. netto	Cena jed. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent nr katalogowy, typ	Nr certyfikatu + nr str. W ofer cie
	ŚRUBY (OSTEOINTEGRACYJNE) DO REKONSTEUKCJI WIĘZADŁOWEJ PRZEBUDOWUKĄĆ SIĘ TKANKĄ KOSTNĄ W ROZMIARACH SREDNICA 7-11mm, średnia długość 25-30mm	80						