

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
06-200 MAKÓW – MAZOWIECKI**

Dotyczy: " PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ PROGÓW OKREŚLONYCH W
ROZPORZĄDZENIU WYDANYM NA PODSTAWIE ART.11UST.8 PZP"

Przetarg znak: **22/2016**

Pak Nr 2- stół operacyjny – 1 szuka,

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowych worków do podpory ginekologicznej zamiast miski ze stali nierdzewnej, jako rozwiązanie równoważne? Opakowanie zbiorcze 10 szt.



Odp. Tak jednak należy wliczyć w cenę minimum 200 worków.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający może dokładnie podać jakie zastosowanie przewiduje dla przystawki ortopedycznej do operacji kończyn dolnych? Czy chodzi o wyciąg ortopedyczny biodrowy?



Odp. Tak

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający może dokładnie podać jakie zastosowanie przewiduje dla przystawki do ułożenia pacjenta na boku?



Odp. Tak do proteplastyki Gioske

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający może dokładnie podać jakie zastosowanie przewiduje dla przystawki do operacji kolana i podudzia?

Czy chodzi o uchwyt kolanowy i wałek (wsparcie piszczeli)?



Odp. Tak zespolenie śródszpikowe goleni. Proteplastyka 1 kolana

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 2 – stół operacyjny – 1sztuka

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu bez materaca od 650 do 1010mm (z materacem: 715-1075mm)?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym wynoszącym 300mm?
Odp. Tak
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu pleców w zakresie od -35° do +70°?
Odp. Tak
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym regulacja pochylecia podglówka realizowana jest w zakresie od -58° do +26° z dodatkową możliwością wypiętrzenia go względem płyty sekcji pleców o 135mm, co jest bardzo przydatne dla anestezjologów?
Odp. Tak

Dotyczy: Pakiet nr 6 – Wózek do przewożenia chorych – 3 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w duże pojedyncze koła antystatyczne o wymiarach (średnicy) 200 mm?

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w leże wykonane z polietylenu? Jest to rozwiązanie równoważne ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne chromowane, wykończone estetycznym tworzywem, składane oburącz (w celu bezpieczeństwa), łagodnie opuszczane dzięki zastosowaniu sprężyny gazowej?

Odp. Tak

4. Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający wyprofilowane w podstawie, miejsce na butlę z tlenem? Jest to rozwiązanie równoważne ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odp. Tak

Dotyczy pakietu 2 (stół operacyjny):

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu operacyjnego z przesuwem wzdłużnym 300mm? Jest to parametr minimalnie różniący się od wymaganego, nie wpływający na funkcjonalność stołu.

Odp. Tak

Dotyczy pakietu 1 (meble):

2. Czy Zamawiający może określić ilość półek w regale – dotyczy poz. 1
Odp. 4 półki
3. Czy Zamawiający wymaga półek pełnych czy perforowanych w regale – dotyczy poz. 1
Odp. Pełne
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z blatem wykonanym ze stali nierdzewnej – dotyczy poz. 2
Odp. Nie

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach (podane bez osprzętu): 690x700x985mm i wymiarach blatu 650x600mm? – dotyczy poz. 2
Odp. Tak
6. Czy Zamawiający wymaga stolika wyposażonego w rączkę do prowadzenia? – dotyczy poz. 3
Odp. Dopuszcza
7. Czy podane wymiary stolika 1200x600mm są wymiarami blatu czy zewnętrznymi? – dotyczy poz. 3
Odp. Zewnętrzny +/- 50
8. Czy Zamawiający wymaga stolika z blatem prostym czy zagłębionym tzw. „fala morska”? – dotyczy poz. 3
Odp. Bez wymagań
9. Czy Zamawiający wymaga wózka wyposażonego w rączkę do prowadzenia? – dotyczy poz. 4
Odp. Tak jak w SIWZ
10. Czy podane wymiary stolika 700x500mm są wymiarami blatu czy zewnętrznymi? – dotyczy poz. 4
Odp. Wymiar blatu +/- 20mm
11. Czy Zamawiający może podać wymaganą wysokość kosza? – dotyczy poz. 4
Odp. Tak jak w SIWZ
12. Czy Zamawiającemu chodzi o zaoferowanie wózka z dwoma koszami umieszczonymi w dwóch poziomach (tj. blat, poniżej wysuwany dwustronnie kosz, poniżej dwustronnie wysuwany kosz)? Jeżeli nie to w jakim układzie? – dotyczy poz. 4
Odp. Tak jak SIWZ
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka na kroplówki o średnicy podstawy 560mm? – dotyczy poz. 5
Odp. Tak
14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka na kroplówki o podstawie stalowej malowanej proszkowo? – dotyczy poz. 5
Odp. Nie
15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka na kroplówki o podstawie wykonanej ze stali nierdzewnej niemalowanej? – dotyczy poz. 5
Odp. Tak
16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka na kroplówki o średnicy kolumny/rury 33,7/18mm? – dotyczy poz. 5
Odp. Tak
17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału o głębokości 470mm? Jeżeli nie to prosimy o określenie głębokości – dotyczy poz. 6
Odp. Tak
18. Prosimy o określenie czy drzwi w regale mają otwierać się uchylnie czy przesuwnie? – dotyczy poz. 6
Odp. Bez wymagań
19. Prosimy o określenie czy regał (szafa) w poz. 6 ma być:
- wykonana ze stali nierdzewnej niemalowanej czy
- wykonana ze stali nierdzewnej (korpus niemalowany, front malowany) czy
- wykonana ze stali nierdzewnej malowanej
Odp. Stal nierdzewna niemalowana
20. Prosimy o określenie czy szafka w poz. 8 ma być:
- wykonana ze stali nierdzewnej niemalowanej czy
- wykonana ze stali nierdzewnej (korpus niemalowany, front malowany) czy
- wykonana ze stali nierdzewnej malowanej

Odp. Stal nierdzewna niemalowana

21. Prosimy o określenie czy drzwi szafki w poz. 9 mają być przeszklone czy pełne?

Odp. Pełne

22. Prosimy o określenie czy drzwi szafki w poz. 9 mają być wyposażone w zawiasy po lewej czy prawej stronie?

Odp. Do ustalenia

23. Prosimy o określenie czy drzwi szafki w poz. 9 mają być wyposażone w zamek?

Odp. Nie tylko domykane

24. Prosimy o określenie czy szafka w poz. 9 ma być:

- wykonana ze stali nierdzewnej niemalowanej czy
- wykonana ze stali nierdzewnej (korpus niemalowany, front malowany) czy

- wykonana ze stali nierdzewnej malowanej

odp. Stal nierdzewna niemalowana

25. Prosimy o informację, czy każda z części w szafce w poz. 10 ma być wyposażona w osobne drzwiczki?

Odp. Tak

26. Prosimy o informację, jaki układ w danej części życzy sobie Zamawiający: półka w górnej części, pod nią drążek na ubrania czy np. same półki (proszę o określenie ich ilości). Jeżeli Zamawiającemu chodzi o inny układ, to prosimy o określenie. – dotyczy poz. 10

Odp. Półka i drążek

27. Prosimy o określenie wymiarów szafy ewentualnie wymiarów ściany/wnęki w której będzie zamontowana szafa – dotyczy poz. 11

Odp. Zgodnie z SIWZ max wysokość 160cm

28. Prosimy o określenie czy regał w poz. 12 ma być:

- wykonany ze stali nierdzewnej (korpus niemalowany, front malowany) czy

- wykonany ze stali nierdzewnej malowanej

Odp. Stali nierdzewnej niemalowanej

29. Prosimy o określenie czy drzwi regału w poz. 12 mają być wyposażone w zamek?

Odp. Tylko domykane

30. Prosimy o określenie czy drzwi regału w poz. 12 mają się otwierać uchylnie czy przesuwnie?

Odp. Bez określenia

31. Prosimy o określenie czy szafka w poz. 13 ma być:

- wykonana ze stali nierdzewnej (korpus niemalowany, front malowany) czy

- wykonana ze stali nierdzewnej malowanej

Odp. Stal nierdzewna niemalowana

32. Czy Zamawiający może określić ilość półek w regale – dotyczy poz. 14-16

Odp. 6 sztuk

33. Czy Zamawiający wymaga półek pełnych czy perforowanych w regale – dotyczy poz. 14-16

Odp. Pełne

34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału wykonanego ze stali nierdzewnej niemalowanej? – dotyczy poz. 15

Odp. Tak

35. Czy Zamawiający wymaga regału wyposażonego w półki stałe czy wewnętrzne regulowane? – dotyczy poz. 14-16.

Odp. Regulowane

36. Czy Zamawiającemu chodzi o zaoferowanie półek stanowiących jeden regał czteropółkowy (jedna półka pod drugą) czy wykonaniu czterech niezależnych pojedynczych półek? – dotyczy poz. 17

Odp. 4 pojedyncze półki mocowane do ściany ale dopuszczany regał 4 jeden pod drugą.

Dotyczy pakietu nr 6 – wózek do przewozu chorych

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta, którego leże wykonane jest ze stalowej, ocynkowanej łatwo odejmowanej siatki?

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta ze składanymi stalowymi barierkami pokrytymi warstwą lakieru epoksydowego z koniecznością przytrzymania podczas składania?

Odp. Nie

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta o szerokości 700 mm?

Odp. Tak

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjent o bezpiecznym obciążeniu roboczym 170 kg?

Odp. Nie

5. Czy Zamawiający dopuści 24-miesięczny okres gwarancji na wózki do przewozu chorych?

Odp. Nie

W związku z wyżej wymienionym postępowaniem prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający może wyjaśnić w pakiecie nr 1, Meble, poz. 1, Regał- czy zapis „półki przesuwne” oznacza półki regulowane?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1, Meble, poz. 2, Wózek anestezjologiczny- wózek wyposażony w blat ze stali kwasoodpornej?

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1, Meble, poz. 5, Stojak do kroplówek- stojak z podstawą wykonaną ze stali kwasoodpornej?

Odp. Tak

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1, Meble, poz. 6, Regał- regał wykonany w kolorze stali kwasoodpornej?

Odp. Tak

5. Czy Zamawiający może określić w pakiecie nr 1, Meble, poz. 6, Regał- dokładny wymiar: długość, szerokość, wysokość regału?

Odp. wysokość – 160 cm, szerokość 120 cm, głębokość 47 cm .

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1, Meble, poz. 7, Stół ociekowy- stół wykonany w kolorze stali kwasoodpornej?

Odp. Tak

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1, Meble, poz. 8, Szafka- szafkę wykonaną w kolorze stali kwasoodpornej?

Odp. Tak

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1, Meble, poz. 10, Szafa odzieżowa- szafę wykonaną w kolorze stali kwasoodpornej?

Odp. Tak

9. Czy Zamawiający może określić w pakiecie nr 1, Meble, poz. 10, Szafa odzieżowa- dokładny wymiar: długość, szerokość, wysokość szafy?

Odp. Długość - 180 cm, szerokość-40cm, głębokość 49 cm.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1, Meble, poz. 11, Szafa metalowa- szafę wykonaną w kolorze stali kwasoodpornej?

Odp. Tak

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1, Meble, poz. 12, Regał- regał wykonany w kolorze stali kwasoodpornej?

Odp. Tak

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1, Meble, poz. 13, Szafka - szafkę wykonaną w kolorze stali kwasoodpornej?

Odp. Tak

13. Czy Zamawiający może określić w pakiecie nr 1, Meble poz. 14, Regał- ilość półek w regale?

Odp. 6 sztuk

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1, Meble, poz. 15, Regał - regał wykonany w kolorze stali kwasoodpornej?

Odp. Tak

15. Czy Zamawiający może określić w pakiecie nr 1, Meble poz. 15, Regał- ilość półek w regale?

Odp. 6 sztuk

16. Czy Zamawiający może określić w pakiecie nr 1, Meble, poz. 16, Regał- ilość półek w regale?

Odp. 6 sztuk

17. Czy Zamawiający może podać termin wykonania zamówienia? W załączniku nr 1 podano termin wykonania styczeń- marzec 2016r.

Odp. Styczeń 2017

Pakiet 2: Stół operacyjny

Pyt. 1

Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia do marca 2017r.? Pozwoli to na złożenie ofert przez większą liczbę Kontrahentów przez co wzrośnie konkurencyjność postępowania.

Odp. Nie

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści stół różniący się w podanych parametrach:

- regulacja wysokości: 750- 1000 mm
- przechył TB: 20⁰
- przechył ATB: 15⁰
- regulacja segmentu pleców: -40⁰- 80⁰
- regulacje segmentu głowy: -40⁰- 90⁰

Odp. Tak

Termin wykonania zamówienia – Pakiet nr 2 – Stół operacyjny – 1 sztuka.

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonania zamówienia w grudniu 2016 roku?

Odp. Tak

Wzór umowy – Pakiet nr 2 – Stół operacyjny – 1 sztuka.

2. Czy Zamawiający przychylił się do prośby i zmniejszy kary umowne wskazane w §6 punkcie 1 wzoru umowy z 0,5% do 0,2% wartości niewykonanej dostawy lub naprawy za każdy dzień zwłoki?

Odp. Nie

Załącznik nr 1 – Pakiet nr 2 – Stół operacyjny – 1 sztuka.

3. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy dopuści do zaoferowania stół operacyjny z ręczną regulacją przesuwu wzdłużnego blatu?

Odp. Tak

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z akumulatorami zapewniającymi pracę stołu przez 80 pełnych cykli regulacji (wszystkie możliwe regulacje elektrohydrauliczne w maksymalnych zakresach) ? Przy standardowym wykorzystywaniu stołu pozwala to na jego użytkowanie przez czas dłuższy niż 24 godziny.

Odp. Tak

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z elektrohydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 740 – 1140 mm ?

Odp. Tak

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z ręczną (wspomagana sprężyną gazową z blokadą) regulacją oparcia pleców w zakresie od -40⁰ do +85⁰ ?

Odp. Tak

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z ręczną (wspomagana sprężyną gazową z blokadą) regulacją podnóżków w zakresie od -90⁰ do +25⁰ ?

Odp. Tak

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, o powierzchni matowej w kolorze stalowym?

Odp. Tak

9. Czy ze względu na ergonomię pracy personelu Zamawiający wymaga, aby zaoferowany stół posiadał przejezdny podstawę?

Odp. Tak

10. Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający wymaga, aby na czas przeprowadzania zabiegów i operacji zaoferowany stół był stabilnie osadzony na czterech wysuwanych z podwozia stopkach?

Odp. Bezpieczne zabezpieczenia

11. Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu Zamawiający wymaga, aby zaoferowany stół posiadał antystatyczne materace i koła oraz wewnętrzną instalację wyrównania potencjałów doprowadzoną do zewnętrznego zacisku?

Odp. Tak

12. Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu Zamawiający wymaga, aby zaoferowany stół posiadał pilot przewodowy z dokładnym (procentowym) wskaźnikiem stanu naładowania akumulatorów oraz diodowym wskaźnikiem konieczności ładowania akumulatorów?

Odp. Pilot bez wymagań szczegółowych

13. Czy ze względu na konieczność dokładnego i precyzyjnego pozycjonowanie pacjenta na blacie stołu Zamawiający wymaga, aby zaoferowany stół posiadał płynny, bezstopniowy (z możliwością zablokowania w dowolnym punkcie) przesuw wzdłużny blatu?

Odp. Nie , SIWZ

Pakiet nr 6 wózek do przewozu chorych

Pytania:

1. Czy zamawiający dopuści wózek o konstrukcji wykonanej ze stali węglowej lakierowanej proszkowo bez dodatków żywicy epoksydowej?

Odp. Nie

2. Czy zamawiający dopuści wózek z dużymi, pojedynczymi kołami antystatycznymi, zaopatrzonymi w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem?

Odp. Nie

3. Czy zamawiający dopuści wózek z leżem wykonanym z płyt stalowych lakierowanych proszkowo, zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca?

Odp. Nie

4. Czy zamawiający dopuści wózek z leżem wykonanym z płyt stalowych lakierowanych proszkowo lub ze zmywalnego tworzywa sztucznego, zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca?

Odp. Nie

5. Czy zamawiający dopuści wózek z barierkami bocznymi chromowanymi, składanymi wzdłuż leża, zewnętrzne wykończenie barierki z tworzywa sztucznego zapobiegające otarciu i uszkodzeniu ścian i wózka?

Odp. Nie

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 24.11.2016r, godz. składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.