

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**Zespół Zakładów**  
**ul. Witosa 2**  
**06-200 Maków Mazowiecki**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przetargu nieograniczonego na dostawę pt. „Pakiet nr 1 – łóżka szpitalne – 22 sztuki, Pakiet nr 2 – myjka – 1 sztuka, pakiet nr 3 – aparat do resuscytacji noworodka – 1 sztuka . Znak sprawy 18/2018.**

*W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym, zwracamy się z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.*

*Pytania do opisu przedmiotu zamówienia*

**PAKIET NR 1**

**Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym i ramą wyciągową – 4szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające szerokość leża 850 mm?  
*Parametr ten w nieznacznym stopniu odbiega od wymaganego w Siwz.*

**Odp. Tak**

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze pilotem nie posiadającym możliwości blokowania poszczególnych funkcji regulacyjnych przez personel medyczny?

**Odp. Tak**

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z pilotem posiadającym możliwość blokowania wszystkich funkcji regulacyjnych przez personel Medyczny?

**Odp. Tak**

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z pilotem posiadającym możliwość zablokowania tylko pozycji Trendelemburga a pozostałe funkcje pozostają aktywne?

**Odp. Tak**

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w podwójną ramę wyciągową posiadającą drążki poprzeczne składające się z 1 wygiętego oraz 4 prostych?

**Odp. Tak**

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w podwójną ramę wyciągową z elementami rozkręcanymi łatwymi w demontażu z użyciem narzędzi?

**Odp. Tak**

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w podwójną ramę wyciągową bez możliwości przesuwania rur wzdłużnych w poprzek ramy?

**Odp. Nie**

8. *Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego iż wkradł się błąd dotyczący gęstości pianki w materacu przeciwodleżynowym i powinien posiadać zapis „pianka przeciwodleżynowa typu ”gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m<sup>3</sup>”*

**Odp. Tak**

**Łóżko szpitalne z napędem hydraulicznym/elektrycznym i wysięgnikiem do podnoszenia się pacjenta z regulowanym kątem ustawienia – 18 szt.**

9. *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające szerokość leża 850 mm? Parametr ten w nieznacznym stopniu odbiega od wymaganego w Siwz.*

**Odp. Tak**

10. *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze pilotem nie posiadającym możliwości blokowania poszczególnych funkcji regulacyjnych przez personel medyczny?*

**Odp. Tak**

11. *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z pilotem posiadającym możliwość blokowania wszystkich funkcji regulacyjnych przez personel Medyczny?*

**Odp. Tak**

12. *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z pilotem posiadającym możliwość zablokowania tylko pozycji Trendelemburga a pozostałe funkcje pozostają aktywne?*

**Odp. Tak**

13. *Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego iż wkradł się błąd dotyczący gęstości pianki w materacu przeciwodleżynowym i powinien posiadać zapis „pianka przeciwodleżynowa typu ”gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m<sup>3</sup>”*

**Odp. Tak**

**Pytanie 1 do pakietu 3**

**Czy Zamawiający wymaga zestawu urządzeń o poniższych parametrach:**

1.	<b>BLENDER</b> <b>Specyfikacja techniczna:</b> Dokładność: +/- 3 % w skali całkowitej Ciśnienie: 30 – 75 psi FIO2: 21 – 100 %
----	---

	<p><b>Wymiary urządzenia:</b> 8,9 cm x 8,6 cm x 9,2 cm Waga – 1,25 kg.</p> <p><b>Zakres pracy urządzenia:</b> 0 – 30 l/min. Możliwość montażu na pionowym statywie, lub na poziomej szynie. W skład zestawu wchodzi: Mocowanie do statywu lub poziomej szyny Przepływomierz powietrza ( 0-15 l/min.) Komplet drenów doprowadzających tlen i powietrze do urządzenia ( długość drenów, 3 m. ) Mocowanie do szyny Modura.</p>
2.	<p><b>NEOPUFF</b> Urządzenie fabrycznie nowe. Aparat przeznaczony do resuscytacji manualnej noworodka, zapewniający skuteczną i bezpieczną wentylację, łatwy w użyciu, zakres pracy w przepływie 5-15 l/min. Aparat z ustawianym dokładnie ciśnieniem PIP (zakres 5-70 cm H<sub>2</sub>O), i PEEP (zakres 1 -9 cm H<sub>2</sub>O) - ustawienia widoczne w formie zegarowego wskaźnika Wbudowany manometr wskazujący ciśnienie w drogach oddechowych, pozwalający na stałą kontrolę szczelności maski. Dokładność manometru +/-2.0% pełnej skali. Aparat ze zdolnością przyjmowania i dostarczania tlenu o stężeniu od 21 % do 100 %. Aparat ze zdolnością zamontowania zastawki PEEP do maski lub rurki intubacyjnej. Wysokość 250 mm (9,8 cala), Szerokość 200 mm (7,9 cala), Głębokość 104 mm, Waga 1,9 kg.</p>
3.	<p><b>Komplet mocowań do szyny Modura</b> Mocowania do aparatu Neopuff umożliwiające łatwy montaż i demontaż aparatu co zwiększa jego mobilność oraz ułatwia czyszczenie.</p>

**Odp. Zamawiający dopuszcza w/w urządzenie.**

Pak nr 1

Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym i ramą wyciągową – 4 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieźdzenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone przy użyciu jednej ręki, z systemem bezpiecznego zwolnionego opuszczania oraz blokowane na 2 różnych

wysokościach, poruszające się wraz z segmentami leża, chroniące pacjenta w każdej pozycji?

**Odp. Tak**

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o długości 1950 mm?

**Odp. Tak**

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej z poręczami bocznymi 990 mm?

**Odp. Tak**

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 850 mm?

**Odp. Tak**

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości z najdalej wysuniętym elementem łóżka i ramy wyciągowej 1090 mm?

**Odp. Tak**

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża wypełnionymi płytą z tworzywa ABS? Tworzywo PCV jest bardzo kruche i podatne na uszkodzenia.

**Odp. Tak**

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieźdzenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami?

**Odp. Tak**

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 740 mm?

**Odp. Tak**

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji przechyłu wzdłużnego leża +16° do -16°?

**Odp. Tak**

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji segmentu ud od 0 do 34°?

**Odp. Tak**

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w listwy odbojowe po bokach łóżka?

**Odp. Nie**

12. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu materaca wykonanego z materiałów antystatycznych?

**Odp. Tak**

Łóżko szpitalne z napędem hydraulicznym/elektrycznym i wysięgnikiem do podnoszenia się pacjenta z regulowanym kątem ustawienia – 18 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieźdzenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone przy użyciu jednej ręki, z systemem bezpiecznego zwolnionego opuszczania oraz blokowane na 2 różnych wysokościach, poruszające się wraz z segmentami leża, chroniące pacjenta w każdej pozycji?

**Odp. Tak**

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o długości 1950 mm?

**Odp. Tak**

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej z poręczami bocznymi 990 mm?

**Odp. Tak**

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 850 mm?

**Odp. Tak**

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości z najdalej wysuniętym elementem łóżka i ramy wyciągowej 1090 mm?

**Odp. Tak**

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 740 mm?

**Odp. Tak**

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji segmentu ud od 0 do 34°?

**Odp. Tak**

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w listwy odbojowe po bokach łóżka?

**Odp. Tak**

9. Czy Zamawiający dopuści 2 stopnie regulacji kąta ustawienia wysięgnika uchwytu ręki względem wzdłużnym osi leża 45° - uchwyt ręki znajduje się po środku leża i 90° - uchwyt ręki jest neutralny dla pacjenta?

**Odp. Tak**

10. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu materaca wykonanego z materiałów antystatycznych?

**Odp. Tak**

**Pak Nr 1 Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym i ramą wyciągową - 4 sztuki**

1. Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści długość łóżka 2150 mm co różni się tylko o 1 cm od wymaganego?

**Odp. Tak**

2. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści całkowitą szerokość 970 mm z wymiarami leża 2000x850 mm, gdzie najdalej wysuniętym punktem są krążki odbojowe i podany parametr różni się tylko o 1 cm od wymaganego?

**Odp. Tak**

3. Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści segmenty leża wypełnione metalowymi lamelami co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

**Odp. Tak**

4. Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści zakres regulacji wysokości 395-790 mm?

**Odp. Tak**

5. Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści zakres regulacji wysokości 365-815 mm?

**Odp. Tak**

6. Czy Zamawiający w pkt. 13 dopuści zakres regulacji przechyłu wzdłużnego leża od +16° do -16°?

**Odp. Tak**

**Łóżko szpitalne z napędem hydraulicznym/ elektrycznym i wysięgnikami do podnoszenia się pacjenta z regulowanym kątem ustawienia - 18 sztuk**

1. Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści długość łóżka 2150 mm co różni się tylko o 1 cm od wymaganego?

**Odp. Tak**

2. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści całkowitą szerokość 970 mm z wymiarami leża 2000x850 mm, gdzie najdalej wysuniętym punktem są krążki odbojowe i podany parametr różni się tylko o 1 cm od wymaganego?

**Odp. Tak**

3. Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści segmenty leża wypełnione metalowymi lamelami co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

**Odp. Tak**

4. Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści zakres regulacji wysokości 395-790 mm?

**Odp. Tak**

5. Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści zakres regulacji wysokości 365-815 mm?

**Odp. Tak**

6. Czy Zamawiający w pkt. 21 dopuści obciążenie wysięgnika 75 kg co jest standardowym obciążeniem dla wysięgników dla tego typu łóżek?

**Odp. Tak**

Dotyczy pakietu nr 2 – myjnia-dezynfektor

Wnosimy o dopuszczenie urządzenia o parametrach równoważnych, spełniającego funkcje mycia i dezynfekcji opisane w SIWZ i zgodnie z normą PN EN ISO 15883-1 oraz PN EN ISO 15883-2

**Odp. Tak**

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytanie:

**1. Dotyczy Zał. Nr 3 - pak Nr 2 zestawienie minimalnych granicznych parametrów technicznych myjni - dezynfektora o pojemności 10 tac DIN - Lp.1**

Wnosimy o dopuszczenie myjni-dezynfektora wyposażonego w 20 programów mycia i dezynfekcji w tym trzech wybieranych bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego za pomocą dedykowanych przycisków, pozostałe wybierane za pomocą intuicyjnego przewijanego menu, ponadto każdy z dostępnych programów ma możliwość dostosowania dla potrzeb użytkownika.

**Odp. Tak**