

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych.**

Znak sprawy: **19/2018**

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.

Czy zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 1 dopuści szew na igle 20mm (zamiast 19 mm)?

**Odp. Tak**

Czy zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 2 dopuści szew na igle 25mm (zamiast 24 mm)?

**Odp. Tak**

Czy zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 5 dopuści szew o długości 90 cm (zamiast 75 cm)?

**Odp. Tak**

Czy zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 6 dopuści szew o długości 90 cm (zamiast 75 cm) i igłę o długości 39mm (zamiast 40mm)?

**Odp. Tak**

Czy zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 7 dopuści igłę o długości 90 mm (zamiast 60mm)?

**Odp. Nie**

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści nić jedwabną, jałową, plecioną, powlekaną, niewchłanianą?

**Odp. Tak**

Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, monofilamentową, wchłaniającą, polidoksanon, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni?

**Odp. Tak**

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak**

Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, monofilamentową, wchłaniającą, o profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5% i czasie całkowitego wchłonięcia 90-120 dni?

**Odp. Tak**

Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą bez katalogowego zapisu średnicy, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. SIWZ**

Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą bez katalogowego zapisu o plastycznym odkształceniu wężła i kontrolowanym rozciąganiu nici, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. SIWZ**