

**Znak sprawy: 22/2017**

**Pytanie nr 9**

Mając na względzie zasady uczciwej konkurencji prosimy Zamawiającego o wyłączenie z tabeli stanowiącej załącznik nr 3 poz.: 3, 12, 18, 19, 20, 21, 24, 25 i stworzenie odrębnego pakietu.

Takie rozwiązanie umożliwi przystąpienie większej liczbie oferentów, a tym samym uzyskanie korzystniejszych warunków cenowych dla Zamawiającego.

**Odp. Tak**

**Załącznik Nr 3 .1**

lp	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Nazwa producenta	Nazwa handlowa	Cena jed netto	VAT	Wartość netto	Cenajed brutto	Wartość brutto
3	Gaz typu Entonox lub równoważny butla 10L-11L	50	szt							
12	Tlen med. 2L butla aluminiowa z zaworem zintegrowanym	310	szt							
18	Dzierżawa butli do gazu typu Entonox-10 butli	10	szt							
19	Dzierżawa zaworu do gazu typu Entonox-3 szt	3	szt							
20	Dzierżawa stojaka 1 butlowego do gazu typu Entonox-2 szt	2	szt							
21	Ustniki do gazu typu Entonox- 100szt	500	szt							
24	Dzierżawa butli ze zintegrowanym zaworem- 60 butli	60	szt							
25	Palety do butli ze zintegrowanym zaowrem-3 szt	3	szt							

**Butle z zaworem zintegrowanym**

- W przypadku butli tlenowych 2 litry Zamawiający wymaga butli aluminiowej napelnionej tlenem do ciśnienia 200 bar z zaworem zintegrowanym, tj. wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy.

**Ogółem wartość netto.....**

**Podatek VAT .....**

**Ogółem wartość brutto .....**

.....  
data, podpis Wykonawcy  
lub przedstawiciela upoważnionego

**Załącznik Nr 3**

lp	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Nazwa producenta	Nazwa handlowa	Cena jed netto	VAT	Wartość netto	Cenajed brutto	Wartość brutto
1	Tlen medyczny ciecz	210000	kg							
2	Azot ciekły do odgazowywacza	37000	kg							
4	Dwutlenek węgla med. typu Kriomax butla stalowa 7,5 kg	15	szt							
5	Argon 2-8L- butle zamawiającego	4	szt							
6	Podtlenek azotu butla 28kg	180	szt							
7	Podtlenek azotu butla stalowa 7kg	20	szt							
8	Powietrze sprężone butla 40l, 6m3	18	szt							
9	Tlen med. butla stalowa 10L- 18 butli zamawiającego	170	szt							
10	Tlen med. butla stalowa 2L- 5 butli zamawiającego	15	szt							
11	Tlen med. butla stalowa 3L- 4 butle zamawiającego	30	szt							
13	Tlen med. 40L- 39 butli zamawiającego	78	szt							
14	M_spec 2%<CO2<25%/O2<=18%/N2	3	szt							
15	M_spec CO2<25%/N2	2	szt							
16	Dzierżawa zbiornik tlen med. ciekły	24	m-ce							
17	Dzierżawa odgazowywacza do azotu	24	m-ce							
22	Dzierżawa butle med. N2O- 40 szt	40	szt							
23	Dzierżawa CO2-10 butli	10	szt							
26	Dzierżawa butli gazy specjalne- 4 szt	4	szt							

27	Legalizacja butli	15	szt							
----	-------------------	----	-----	--	--	--	--	--	--	--

**Butle z zaworem zintegrowanym**

- W przypadku butli tlenowych 2 litry Zamawiający wymaga butli aluminiowej napełnionej tlenem do ciśnienia 200 bar z zaworem zintegrowanym, tj. wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy.

**Ogółem wartość netto.....**

**Podatek VAT .....**

**Ogółem wartość brutto .....**

.....  
data, podpis Wykonawcy  
lub przedstawiciela upoważnionego