

Maków- Mazowiecki , dn. 16-07-2018r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
06-200 MAKÓW - MAZOWIECKI**

dotyczy przetargu nieograniczonego : na dostawy
Pak Nr 1- Holter - 2 sztuki
Pak Nr 2- System kompresji klatki piersiowej – 1 sztuka
Pak Nr 3- Meble medyczne

Znak sprawy: 15/2018

W związku z chęcią udziału w w/w postępowaniu zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania

1. Załącznik 15 .Pyt. dot p. 14

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją przechyłów wzdłużnych - nożną hydrauliczną +/- 18 ° - dźwignie oznaczone innym kolorem

(Trendelenburg, anty-Trendelenburg) umieszczone po dwóch dłuższych bokach wózka?
Proponowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i powszechnie stosowane w tego typu konstrukcjach.

Odp. Zamawiający unieważnia postępowanie w pakiecie Nr 3 poz. 45,54,55 (wykreśla pozycje 45,54,55 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 15). Taboret operatora – 4 SZT. Wózek transportowy dla pacjenta siedzącego – 1 SZT., Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej -1 SZT. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

2. Załącznik 15 Pyt.dot.p.16

Czy Zamawiający dopuści stojak na kroplówkę z regulacją wysokości w zakresie 1320-2250 mm? Jest to szerszy zakres od wymaganego.

Odp. Tak

3. Dotyczy. Załącznik Nr 4.Wzór umowy:

W związku z okresem urlopowym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie czasu dostawy w pakiecie nr 3-meble medyczne do 6 tygodni.

Odp. Nie