

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: **WÓZEK MEDYCZNY**
 Nazwa i typ:
 Producent:
 Rok produkcji:

LP.	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE	WYMAGANIA TAK/ NIE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Wózek medyczny sześćoszufladowy z blatem z tworzywa ABS.	Tak, opisać	
2.	Wózek o konstrukcji lakierowanej proszkowo farbami o właściwościach antybakteryjnych odporna na działanie środków dezynfekcyjnych.	Tak, opisać	
3.	Korpus wózka wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych).	Tak, opisać	
4.	Grubość ścianek korpusu min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm.	Tak, opisać	
5.	Szuflady typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami, pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania.	Tak, opisać	
6.	Fronty szuflad wykonane w ten sam sposób co korpus, o grubości min. 22 mm, wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami, wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na całym obwodzie frontów. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów.	Tak, opisać	
7.	Uchwyty do otwierania szuflad umożliwiające wygodny pochwyty, w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej, o wymiarach: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm).	Tak, opisać	
8.	Pod uchwytami owalne przetłoczenia.	Tak, opisać	
9.	Blat wózka zagłębiony, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, wychodzący poza obrys korpusu wózka o 5 mm z każdej strony. Blat o wymiarach: 930x570 mm (+/- 7 mm).	Tak, opisać	
10.	Konfiguracja szuflad: - 1x szuflada na całej szerokości wózka - 1x szuflada o szerokości 600 mm (+/-20mm) - 3x szuflada o szerokości 300 mm (+/-20mm) Szuflady o głębokości roboczej min. 140 mm - 1x szuflada o głębokości roboczej min. 250 mm (wzmocniona, przeznaczona na płyny infuzyjne)	Tak, opisać	
11.	Wyposażenie: 1xuchwyt na worek śmieci, 1xnadstawka 4+5, 1x stojak na kropłówki, 1x podziałka szuflady		
12.	Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu; uchwyt o przekroju kołowym o średnicy Ø 25 mm	Tak, opisać	
13.	Układ jezdy: 4 koła skrętne o Ø min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem	Tak, opisać	

14.	4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół	Tak, opisać	
15.	Wymiary całkowite wózka bez wyposażenia dodatkowego: – szerokość 1170 mm (+/-20 mm) – głębokość 660 mm (+/-20 mm) – wysokość 900 mm (+/-20 mm)	Tak, podać	
16.	Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV.	Tak, opisać	
17.	Gwarancja min. 36 m-ce przyzna O punktów) Każdy dodatkowy rok powyżej 36 miesięcy. Wykonawca otrzyma 10 punktów w kryterium gwarancja za każdy dodatkowy rok . Ofercie o najdłuższym okresie gwarancji 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 20 % w kryterium okres gwarancji.	Tak, podać	

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego systemu zabudowy – dołączyć do oferty

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu w wskazanym miejscu przez Zamawiającego będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Po wykonaniu montażu Wykonawca przywróci pomieszczenia do stanu z przed montażem.

.....
podpis Wykonawcy