

FORMULARZ CENOWY

W cenę Wykonawca wlicza w szczególności:

- wartość przedmiotu umowy,
- koszty transportu,
- koszty załadunku i rozładunku,
- ubezpieczenie przedmiotu umowy do czasu przekazania go Zamawiającemu,
- koszty instalacji w miejscu dostawy,
- uruchomienie i sporządzenie protokołu sprawdzającego i przekazanie Zamawiającemu przez osobę uprawnioną do wykonania takiego testu,
- koszty instruktażu wstępnego i szkolenia obsługi Zamawiającego, podatek VAT,
- utrzymanie w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej aparatów holterowskich w okresie 48 miesięcy(zgodnie z złożoną ofertą) od chwili zakupu, odbioru i podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, bezpłatne przeglądy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej,
- bezpłatna wymiana części zamiennych zgodnie z dokumentacją techniczną przedmiotu zamówienia przez czas trwania gwarancji.

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa wraz z numerem katalogowym	Ilość - szt	Stawka podatku VAT (w %)	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Rejestrator do badania holtera metodą EKG z oprogramowaniem do analizy fabrycznie nowy wyprodukowany nie w wcześniej niż w 2017r:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zasilanie akumulatorowe lub max 2 baterie alkaiczne, • czas rejestracji 48 godzin z możliwością analizy nie mniej niż 12 odprowadzeń EKG, • automatyczne przygotowanie do druku – możliwość rejestracji zdarzeń pacjenta , tzw przycisk event (pacjent czuje się źle i używa przycisku aby w czasie analizy zwrócić uwagę na ten moment), • rejestracja w czasie rzeczywistym, • możliwość rejestracji zapisu stymulatora każdego typu , • do każdego rejestratora- torba na rejestrator, kabel ekg, podwójny zestaw akumulatorów, • wskazany wyświetlacz zapisu EKG. <p>Oprogramowanie do analizy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analiza w trybie prospektywnym i retrospektywnym, z dowolnego poziomu analizy- możliwość dostępu do zapisu ekg, • edytor klasy zaburzeń rytmu, • możliwość wydruku wybranego fragmentu zapisu ekg, • zapis ciągły EKG, najlepiej w postaci obrazowania np. 1 minuty zapis na 1 stronie ekranu , • analiza pracy wszystkich rozruszników serca, • filtr migotania przedsionków, • automatycznie przygotowane strony do druku z możliwością do dania wybranych fragmentów EKG • tabelaryczna prezentacja czynności serca, zaburzeń rytmu, • możliwość dokonywania pomiarów na każdym etapie analizy zapisu EKG, • możliwość automatycznego wykrywania złożonych zaburzeń rytmu, przewodzenia. 		2			

ogółem wartość netto.....

ogółem wartość brutto.....

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenie jest kompletne i w pełni gotowe do pracy i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta.

.....
(podpis i pieczętka uprawnionego przedstawiciela firmy/ Wykonawca)